



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 45 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 95/231/2022

Puławy, 11.04.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 11/230/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na zakup wraz z dostawą toru wizyjnego dla potrzeb SP ZOZ w Puławach, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 30.03.2022 roku pod nr 2022/BZP 00102720/01.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19, działań wojennych oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie, zapisy swz pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2:

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji min. 24 m-ce. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o zmianę minimalnego okresu gwarancji na 12 miesięcy. Zapewnienie tak długiego, min. 24 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu urządzeń i instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, zapisy swz pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) oraz materiałów jednorazowego użytku, wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja obejmuje tylko naprawy, które w wyniku ekspertyzy powstały bez winy użytkownika, wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy gwarancyjnej w przypadku, kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej funkcjonalności?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu instrumentarium endoskopowe – „ Resektoskop bipolarny – Poz. 7 – 25” ? Wydzielenie do odrębnego pakietu zestawów narzędziowych pozwoli na zwiększenie konkurencyjności tego pakietu i możliwości wyboru optymalnego dla Zamawiającego rozwiązania

Odpowiedź:

Nie, zapisy swz pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pyt. Nr 7, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne jakim jest resektoskop bipolarny o parametrach zbliżonych lub przewyższających wymagane, głównie dzięki zastosowaniu techniki w pełni bipolarnej oraz możliwości wykorzystania zarówno pętli jednorazowych jak i wielorazowych co przekłada się na aspekty ekonomiczne. Proponowany zestaw jest w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem elektrochirurgicznym.

Szczegółowe parametry oferowanego resektoskopu opisano poniżej :

- Optyka resektoskopowa 30°, dł. 30 cm, śr. 4 mm, autoklawowalna, wyposażona w system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki - 1 szt.
- Światłowód wzmacniany w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 300 cm - 1 szt.
- Element pracujący resektoskopu bipolarnego, aktywny, wykorzystujący dwubiegunowe elektrody i technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszczka resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszczka i optyki - 1 szt.
- Przewód bipolarny do resektoskopu – 2 szt.
- Płaszcz resektoskopowy obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszczka zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na "klik", mocowanie do elementu pracującego obrotowe - 1 szt.
- Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26Fr. - 1 szt.
- Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm - 1 szt.
- Kleszcze chwytające optyczne – 1 szt.
- Kleszcze biopsyjne optyczne – 1 szt.
- Adapter do płaszczka resektoskopu do kleszczy optycznych – 1 szt.
- Gruszka Ellika – 1 szt.
- Strzykawka z dodatkowym cylindrem – 1 szt.
- Pętla tnąca bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna, wielorazowa - 6 szt.
- Elektroda koagulacyjna bipolarna, dwubiegunowa, typu Half-Moon obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, wyposażona w dwa druty prowadzące, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 26 Fr., sterylizowalna, wielorazowa - 6 szt.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8:

Poz. 7 – 25 (Resektoskop bipolarny) - Czy Zamawiający wymaga możliwości pracy resektoskopu bipolarnego zarówno z pętlami jednorazowymi jak i wielorazowymi celem optymalizacji kosztów eksploatacji urządzenia ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

P. Rybak
Piotr Rybak

Dział Zamówień Publicznych
STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Dzieglewska

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Dzieglewska	
Tel:	81 45 02 389	
e-mail:	<u>mdzieglewska@szpitalpuławy.pl</u>	