



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 45 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 126/231 /2020

Puławy, 17.03.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 13/230/2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu i materiałów do laparoskopii, z podziałem na dziewięć zadań, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 12.03.2020 roku pod nr 522770-N-2020.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w zad 9 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: klipsownica automatyczna jednorazowego użytku na klipsy polimerowe Hem-o-lok z wbudowanymi 15 klipsami w rozmiarze M/L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 poz. 3 klipsy polimerowe II generacji, niewchłaniające aby na całej wewnętrznej długości ramion klipsa posiadały ułożone naprzemiennie zęby o kształcie stożka pochyłego, zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45 stopni. Zęby poprawiają stabilność zacisku i klips nie zsuwa się z naczynia.

Klasa wyrobu medycznego zgodnie z Deklaracją Zgodności II b.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Zadania nr 9: Prosimy o zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 9, automatycznej klipsownicy jednorazowego użytku, najdłuższej na rynku o długości roboczej 34 cm, kompatybilnej z trokami o średnicy 10 mm, wyposażoną w 15 lub 20 klipsów tytanowych do wyboru przez Zamawiającego. Rozmiar ML.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zadania numer 5, pozycja nr 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania worka do pobierania próbek z systemem rozkładania i zamykania worka o pojemności 190 ml, bez zawartości lateksu, z prowadnicą o długości 29,5 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zadania nr 6, pozycja nr 1 i nr 2. Czy Zamawiający nie dokonał nieumyślnej omyłki pisarskiej wymagając rękaw „o grubości min. 15 cm”, a mając na myśli rękaw o długości min. 15 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiającemu chodzi o rękaw długości min. 15 cm.

Pytanie nr 7:

Dotyczy zadania nr 6, pozycja nr 2. Czy Zamawiający dopuści sterylne, retrakcyjne obłożenie rany chirurgicznej, zapewniające całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składające się z dwóch obręczy – niebieskiej proksymalnej i szarej dystalnej połączonych trwałym bezlateksowym poliuretanem tworzącym rękaw o długości około 19 cm. Rozmiar duży, średnica rany 9 – 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Zadania nr 1: Czy Zamawiający w pozycji 6 wyrazi zgodę na dopuszczenie staplera w rozmiarze 23 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Zadania nr 1: Czy Zamawiający w pozycjach 7-9 wyrazi zgodę na dopuszczenie staplera z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,5 - 2,2 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10:

Czy zamawiający w Załączniku nr 6, Zadaniu nr 4 dopuści i wymaga następujące rozwiązania:

Lp.	Opis	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent / numer katalogowy
1	Trokar 5 mm rozpychający z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka w kaniuli Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem.	132					

	Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara						
2	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 11mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka-zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja 5-11 mm	18					
3	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 12mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka-zewnętrzna uszczelka wzmocniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja 5-12 mm	24					
4	Trokar rozpychający, bezostrzowy, 15 mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą (długość 100mm). W trokarze 2 uszczelki znajdujące się w odłączanym korpusie kaniuli co ułatwia pozbywanie się odmy.	12					

	Trokar bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja 5-15mm.						
	Razem	x	x		x		x

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1, Zadaniu nr 5 dopuści i wymaga następujące rozwiązania?

Lp.	Opis	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent / numer katalogowy
1	Trokar 12mm, rozpychający, bezostrzowy z przezroczystą, gładką kaniulą, posiadającą balon fiksacyjny oraz pierścień dociskowy. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi z przezierną końcówką i wejściem na optykę 10 mm oraz przyciskiem zwalnającym ją. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Wbudowana redukcja 5-12 mm	20					
	Razem	x	x		x		x

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający w Załączniku nr 1, Zadaniu nr 6 dopuści i wymaga następujące rozwiązania?

Lp.	Opis	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent / numer katalogowy
1	Laparoskopowy worek do ekstrakcji występujący w 3 rozmiarach: 10 mm x 90 mm x 145 mm- 250ml, 10 mm x 130 mm x 180 mm- 600 ml, 12 mm x190 mm x 230 mm- 1150 ml. Długość ramienia 33 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią , zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne, wzmocnione dno. Worek pakowany po 5 szt	40					
	Razem	x	x		x		x

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Złototnej w Puławach

Piotr Rybak
Piotr Rybak

Dział Zamówień Publicznych
STARSZY INSPEKTOR

Małgorzata Dziegłewska
Małgorzata Dziegłewska

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Dziegłewska	
Tel:	81 45 02 389	
e-mail:	mdzieglewska@szpitalpulawy.pl	