



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 450 22 23

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 40/231/2020

Puławy, 17.01.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 3/230/2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą siatek przepuklinowych z podziałem ma trzy zadania dla potrzeb SP ZOZ w Puławach, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.01.2020 roku pod nr 502414-N-2020.

MODYFIKACJA

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie nr 2

Lp.	Opis	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent / numer katalogowy
1	Siatka częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej i brzusznej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25; gramatura 28g/m ² ; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25(ok. 84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% 6cm x 11 cm	45					
2	Siatka częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej i brzusznej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25; gramatura 28g/m ² ; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25(ok. 84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% 10cm x 12 cm	30					
3	Siatka częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej i brzusznej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25; gramatura 28g/m ² ; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25(ok. 84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% 10cm x 15 cm	90					
4	Siatka częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej i brzusznej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25; gramatura 28g/m ² ; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25(ok. 84 dni), cienkie	51					

	filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% 15cm x 15 cm								
5	Siatka częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej i brzusznej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25; gramatura 28g/m ² ; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25(ok. 84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% 15cm x 30 cm	5							
6	Siatka częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej i brzusznej. Monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25; gramatura 28g/m ² ; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25(ok. 84 dni), cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% 30cm x 30 cm	6							
	Razem	X					X		X

.....
miejsowość, data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dział Zamówień Publicznych
INSPEKTOR
Justyna Gawęda

Z-CIA DYREKTORA
zdz. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
dr n. med. Marek Paździor

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Justyna Gawęda	
Tel:	81 450 23 89	
e-mail:	jgaweda@szpitalpulawy.pl	