



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 45 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 429/231/2020

Puławy, 15.12.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZM 47/230/2020

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą obłożeń i odzieży jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ w Puławach, z podziałem na 18 zadań, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.12.2020 roku pod nr 764156-N-2020.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw podstawowy (pediatryczny)

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190cm, 1x serweta na stolik Mayo wzmocniona 79 x 145 cm wykonana z folii piaskowanej, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, wzmocniona na powierzchni 65x85cm, pad chłonny klejony do serwety na całej jego powierzchni, 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150x150cm, 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 250 cm, 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 75 cm, 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, -4 ręczniki celulozowe 30,5 x 34 cm,

- warstwa przylepna serwet nie większa niż 2,5 cm, Zestawy zgodne z EN13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 3-warstwowe na całej powierzchni PP+PE+PP o gramaturze 75g/m² i chłonności min. 450%. Każdy zestaw z 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy Zadania nr 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Zestawy zgodne z EN13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE o gramaturze 60g/m² i chłonności min. 450%. Każdy zestaw z 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3:

Dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Załącznik A (normatywny) nie określa żadnych wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. "Palność" opisana jest w PN-EN 13795-1 w załączniku B.9 (informacyjnym) oraz PN-EN 13795-2 w załączniku C.4 (informacyjnym), które w obu przypadkach zobowiązują producentów obłożeń i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako "paliwo" podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańska Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumentów) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia

poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych. Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Zadania nr 11 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niesterylnych fartuchów wizytacyjnych, wykonanych z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m². Fartuch wiązany na troki. Rękaw zakończony delikatną nieuciskającą gumką. Kolor niebieski. Rozmiar uniwersalny 120x140cm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę tylko do poz. Nr 1 tego zadania. Druga pozycja tego zadania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Zadania nr 11, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m² ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Zadania nr 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 20g/m².

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Zadania nr 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 30g/m².

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Zadania nr 11: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Zadania nr 15, poz. 1 i 2: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10:

Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do PCNL o następującej charakterystyce?

1x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm, 1x serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x22cm) i workiem do zbiórki płynów 180 x 300 cm, Zestawy zgodne z EN13795 1-3 na poziomie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m² i chłonności min. 450%. Klasa palności serwet I. Każdy zestaw z 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności i PL nazwą zestawu. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą lub producenta wyrobu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 11:

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu aktualnego dostarczanego do Szpitala, czyli serwety o gramaturze min. 27 g/m²? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 12:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną o wymiarach 45x45 cm 6-warstwową z nitką RTG i tasiemką 17n,, sterylizowaną parą wodną oraz poddaną bieleniu w nadtlenu wodoru, opakowanie a'2 sztuki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2-3: Czy Zamawiający dopuści serwety 2-warstwowe PP+PE, bez wiskozy i celulozy, min. 56 g/m², chłonność min. 450%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Każda serweta z min. 2 naklejkami do dokumentacji. Zgodna z normą EN 13795 1-3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 180x240 cm, pozostałe zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 90x150 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 5: Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 10: Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową PP+PE, bez wiskozy i celulozy, min. 56 g/m², chłonność min. 450%, klasa palności I. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Serweta o wymiarach 280x240 cm z otworem U o wym. 10x95 cm z przylepcem, łata chłonna o gramaturze 110 g/m² i rozmiarze 150x150 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 11: Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

1x serwetą 320x240 cm i z elastycznym otworem 6 cm wykonaną z włókniny o gramaturze min. 56 g/m² i chłonności 570% i workiem z kształtką do zbierania płynów;

1x pokrowiec na nogę 75x37 cm

2x taśma medyczna

2x serwetki do rąk

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Zadania nr 12, poz. 12: Czy Zamawiający dopuści zestaw z:

1x serweta 150x150 cm i otworem 8 cm o gramaturze 73 g/m² i chłonności 824% z folią chirurgiczną oraz 2 zintegrowanymi kieszeniami na płyny

1x serweta na instrumentarium

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Zadania nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów laryngologicznych o składzie:

1x serweta 190x150 cm instrumentalna,

1x serweta na stolik mayo wzmocniony na całej powierzchni stolika narzędziowego, klejona na całym obwodzie,

1x główna serweta 150x210 z otworem 8x6 cm,

1x taśma lepna 9x50 cm.

Serwety 2-warstwowe na całej powierzchni PP+PE min. 55g/m² i chłonności min. 450%. Klasa palności serwet I. Każdy zestaw z 4 naklejkami do dokumentacji z LOT, REF, datą ważności i indeksem zestawu. Do transportu pakowane w 2 opakowania transportowe. Zestawy posiadające raport walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający w związku z zapisem § 1 ust. 5 jest w stanie określić minimalny stopień realizacji umowy, który na pewno zrealizuje?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w tej samej cenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłokę” w § 5 ust. 1. Punkt a) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 5 ust. 1 lit. a do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary umownej za rozwiązanie umowy z wartości całej umowy, na niezrealizowanej części umowy? w § 5 ust. 1. Punkt c) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ- wzór umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27:

Dotyczy Zadania nr 11: Czy Zamawiający w Zadaniu 11 na fartuch niesterylnych zgodzi się dopuścić w pozycji 1 i pozycji 2 fartuch o grubości 30g/2. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 28:

Dotyczy Zadania nr 11, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 29:

Dotyczy Zadania nr 11, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 30:

Dotyczy Zadania nr 11, poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy medyczne w rozmiarze L odpowiadające rozmiarowi uniwersalnemu? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 31:

Dotyczy Zadania nr 18, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga bluzy lekarskiej z rękawem długim do nadgarstka czy do ¾ ręki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32:

Dotyczy Zadania nr 18, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści bluzę lekarską wykonaną z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m², posiadającą 2 kieszenie na dole po bokach bluzy oraz 1 na piersi? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 33:

Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34:

Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², w którym bluza posiada krótki rękaw, wszywany klasycznie, dwie kieszenie na dole bluzy, dekolt w kształcie litery V, z wszytą metką z rozmiarem; spodnie proste, z gumką w pasie, bez kieszeni, z wszytą metką z rozmiarem; w kolorze niebieskim, w rozmiarze S-XXL?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35:

Dotyczy zapisów SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 36:

Dotyczy Zadania nr 11 poz. 1 i 2 : Czy Zamawiający w Zadaniu 11 na fartuch niesterylny zgodzi się dopuścić w pozycji 1 i pozycji 2 fartuch o grubości 20g/2. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37:

Załącznik nr 7: Prosimy o wyjaśnienie, czy dla Zamawiającego klej hypoalergiczny ,oznacza inaczej klej przyjazny dla skóry?

Odpowiedź:

Tak, w Zadaniu gdzie jest wymagany taki klej.

Pytanie nr 38:

Dotyczy Zadania nr 3, poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym ręczniki mają gramaturę wyższą niż wymaga Zamawiający. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, przy złożeniu oferty proszę określić gramaturę.

Pytanie nr 39:

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki o wymiarach 75 x 100 cm, wyposażoną w zintegrowany worek o wymiarach 56 x 58 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Zadania nr 5 poz. 11: Prosimy o dopuszczenie fartuchów w których rękawy są 4/5 długości klejone, 1/5 długości szwy tradycyjne. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Zadania nr 11 poz. 1,2: Czy Zamawiający dopuści fartuch zabiegowy o gramaturze min. 20 g/m², spełniający pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety białej, 4 warstwowej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 100cm x 100cm nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 48 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 300%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 45cm x 75cm nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 40,2 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 200%. Materiał spełnia wymagania normy PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet o zdolności absorpcji cieczy min. 340%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 48 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 300%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 48 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 300%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet o zdolności absorpcji cieczy min. 340%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 40,2 g/m², zdolności absorpcji cieczy min. 200% oraz z opakowaniem jednostkowym posiadającym etykiety samoprzylepne. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet nieznacznie różniących się od wymaganych, a mianowicie o gramaturze min. 48 g/m² oraz o zdolności absorpcji cieczy min. 300%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 9: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet o zdolności absorpcji cieczy min. 340%. Spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52:

Dotyczy Zadanie nr 1 : Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z opisem, jednak o chłonności 285% i chłonności w miejscach padów chłonnych 350%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 53:

Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale posiadającego serwetę na stolik narzędziowy 150cm x 190cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 54:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 1: Zestaw uniwersalny podstawowy – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu, bardziej rozbudowanego niż opisany przez Zamawiającego:

- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)
- 2 x ręczniki celulozowe 30 cm x 33 cm
- 1 x serweta przylepna Protect 150 x 240 z przylepcem o długości 90 cm (na dłuższym boku)
- 1 x serweta przylepna Protect 175 x 170 z przylepcem o długości 90 cm (na dłuższym boku)
- 2 x serweta przylepna Protect 90 x 75 z przylepcem o długości 86 cm
- 3 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- 10 x ES Gauze kompresy gazowe 10x10xcm, 17 n, 12 w
- 3 x Pagasling tupfer z gazy nr 3 20 x 20 cm, 20 nitok
- 1 x kleszczyki do mycia pola operacyjnego 19 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml ?

Zestawy pakowane są w 2 kartony: zewnętrzny i wewnętrzny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 55:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 2: Zestaw do operacji dłoni i stopy – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu, bardziej rozbudowanego niż opisany przez Zamawiającego:

- 1 x serweta do operacji dłoni/stopy Protect 320x225 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o średnicy 3 cm
- 1 x serweta przylepna Protect 240x200 cm z przylepcem o długości 240 cm
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm (do owinięcia zestawu)
- 3 x Taśma przylepna 10 x 50 cm
- 10 x Es Gauze kompresy gazowe 10x10xcm, 17 n, 12w
- 3 x Pagasling tupfer z gazy nr 3 20 x 20 cm, 20 nitok
- 1 x kleszczyki do czyszczenia pola operacyjnego 19 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm?

Zestawy pakowane są w 2 kartony: zewnętrzny i wewnętrzny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 56:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 3: Zestaw do operacji stawu biodrowego – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

- 1 x serweta przylepna Protect 200 x 240 cm z przylepcem o długości 240 cm
- 1 x serweta do operacji biodra Protect Plus w 260 x 200 cm, U przylepne 15 x 95 cm otoczone padem chłonnym
- 2 x serweta nieprzylepna Protect 150x175 cm
- 1 x serweta przylepna Protect 150x240 cm z przylepcem o długości 90 cm
- 1 x osłona na kończynę Protect w rozmiarze 35x120 cm,
- 1 x czyścik do czyszczenia elektrod 5x5 cm
- 4 x. taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x kieszeń jednokomorowa 43 x 38 cm przylepna
- 1 x fartuch chirurgiczny Foliadress Protect wzmocniony XXL 155 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny Foliadress Protect wzmocniony XL 140 cm
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)
- 1 x strzykawka 100 ml, końcówka ścięta
- 1 x folia operacyjna 45 x 50 cm
- 2 x dreny Redona z perforacją na długości 14 cm w rozmiarze 14 CH i długości 50 cm
- 2 x butelki do drenu Redona niskociśnieniowego (harmonijka) o poj. 400 ml
- 80 x ES Gauze Kompresy gazowe 10x10xcm, 17 n, 12w –wiązane po 10 szt
- 6 x Serweta gazowa z nitka RTG 45 x 45 cm, 4 warstwowy, bez tasiemki, nie poddane procesowi prania wstępnego
- 1 x Dren do ssaka 300 cm 30/10,00 CH/mm z końcówka typu Yankauer 24/8,00 CH/mm bez kontroli siły ssania ?

Zestawy pakowane są w 2 kartony: zewnętrzny i wewnętrzny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 57:

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 4: Zestaw do artroskopii - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego zestawu:

- 1 x serweta do artroskopii Protect 320 x 245 cm z samouszczelniającym się otworem elastycznym o wymiarach 5 x 7 cm i workiem na płyny z zaworem do podłączenia drenu
- 1 x osłona na kończynę w rozmiarze 35 x 80 cm
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 190x150 cm (do owinięcia zestawu)

- 1 x dren Redona z perforacją na długości 14 cm w rozmiarze 14 CH i długości 50 cm
- 1 x Butelka do drenu redona niskociśnieniowego (harmonijka) o poj. 400 ml
- 3 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 10 x Es Gauze kompresy gazowe 10x10 cm, 17 n, 12w
- 1 x Osłona na przewody, przezroczysta z taśmą do mocowania 15 x 244 cm
- 1 x Dren do ssaka 25/8,33 Ch/mm 300 cm
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm?

Zestawy pakowane są w 2 kartony: zewnętrzny i wewnętrzny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 58:

Dotyczy Zadania nr 6 : Czy Zamawiający dopuści możliwości zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, jednak o chłonności 285% (serweta główna nie posiada dodatkowych wzmocnień więc chłonność nie jest zróżnicowana)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 59:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50cm x 50cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60:

Dotyczy Zadania nr 9 poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50cm x 60cm z centralnym otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet tylko w kolorze zielonym? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 62:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z klejem który nie jest repozycjonowalny i szerokość jego warstwy wynosi ok. 5cm (wyposażona w marginesy), a gramatura laminatu z którego wykonana jest serweta to 55 g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 63:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale z otworem o średnicy 7cm i z klejem który nie jest repozycjonowalny a gramatura laminatu z którego wykonana jest serweta to 55 g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 64:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr poz. nr 4, 5, 6, 7, 8, 9: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet zgodnych z opisem, ale o chłonności 285%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 65:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr 8: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem, ale posiadającej na opakowaniu jednostkowym 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 66:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr 10: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej o wymiarach 225cm x 280cm i wycięciem „U” 10cm x 95cm z łatą chłonną o wymiarach 160cm x 150cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego : włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 55 g/m². łączna gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 67:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującej serwety:



**Serweta do artroskopii stawu
kolanowego z workiem na płyty**

Serweta do artroskopii stawu kolanowego
z workiem na płyty i drenem 130 cm 320 x 245

Opakowanie dodatkowe - papier krepowy

Wielkość otworów to \varnothing 5cm oraz 5cm x 7cm, serweta posiada także uchwyt typu rzep.
Gramatura laminatu to 55 g/m², pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 68:

Dotyczy Zadania nr 12 poz. nr 12: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej zgodnej z opisem, ale w rozmiarze 150cm x 140cm i wykonanej z włókniny polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 55 g/m² oraz nie posiadającej wyraźnie oznaczonego kierunku otwierania i rozkładania w postaci piktogramów, ale zarówno konstrukcja opakowania jak i odpowiednie złożenie serwety powodują, że czynności te są wykonywane przez użytkownika w sposób intuicyjny? Pozostałe parametry zachowane.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 69:

Dotyczy Zadania nr 14 : Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zgodnego z opisem, ale posiadającego w swoim składzie serwetę na stół narzędziowy 160cm x 140cm i zamiast taśmy samoprzylepnej ręcznik celulozowy oraz charakteryzującego się chłonnością 285%?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 70:

Dotyczy Zadania nr 18 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w ramach zadania nr 18.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71:

Dotyczy Zadania nr 18 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluz zgodnych z opisem, ale w rozmiarze L i XL i wykonanej z włókniny 100 % polipropylenowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 72:

Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ-WZÓR UMOWY: Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisów regulujących skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

2. W sytuacji braku zgody na wprowadzenie do projektu umowy postanowień w zakresie działania siły wyższej, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wnosimy o wyrażenie zgody bądź dopuszczenie takiej możliwości przez Zamawiającego na jednoczesne zawarcie w momencie podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego aneksu modyfikującego postanowienia umowy w zakresie terminów dostaw tzw. asortymentu krytycznego obejmującego środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zgodnie z dostępnością towarów, wyłączając odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia w dostawie ww. towaru (tj. w zakresie przewidzianych kar umownych oraz pokrywania ewentualnych kosztów zakupów interwencyjnych) oraz wprowadzającego ewentualną możliwość modyfikacji ceny ww. produktów i w razie nieosiągnięcia porozumienia w zakresie ceny – wprowadzającego możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z uwagi na trudną oraz dynamicznie zmieniającą sytuację na rynku wyrobów medycznych w zw. z pandemią wirusa COVID – 19 Wykonawca nie jest w stanie ocenić na etapie składania oferty i zawierania umowy, czy w zw. z ww. okolicznościami będzie w stanie w sposób pełny i terminowy realizować umowę o zamówienie publiczne przez cały okres jej obowiązywania. Sytuacja na rynku wyrobów medycznych jest tak dynamiczna, że informacje od producentów oraz dostawców o dostępności produktów stanowiących środki ochrony indywidualnej w powszechnym rozumieniu tego słowa służące do walki z pandemią wirusa COVID – 19 zmieniają się niekiedy z dnia na dzień. Jest to związane z drastycznym wzrostem zapotrzebowania na te produkty, ograniczeniami produkcyjnymi, niedostępnością surowców, z których są produkowane środki ochrony indywidualne oraz nagłymi decyzjami politycznymi władz państw na całym świecie przez które przebiegają sieci dystrybucyjne (np. konfiskata kontenerów z produktami stanowiącymi środki ochrony indywidualnej).

W zakresie dopuszczalności zmiany treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego już na etapie podpisania umowy w zw. z pandemią COVID – 19 wypowiedział się Urząd Zamówień Publicznych: *„Celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest realizacja potrzeb instytucji zamawiającej poprzez nabycie przez zamawiającego określonego rodzaju niezbędnych dla jego funkcjonowania lub realizacji określonych zadań - dostaw, usług lub robót budowlanych. Niewątpliwie zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp niweczy ten cel. Z tego też względu niezmiernie istotne jest podejmowanie przez strony przyszłej umowy o zamówienie publiczne działań, które pozwoliłyby na uniknięcie negatywnych skutków dla postępowania, w postaci nie zawarcia umowy o zamówienie publiczne. W tym kontekście należy wskazać, że w przypadku, gdy obie strony, tj. zamawiający i wykonawca są zainteresowane zawarciem umowy, ale z uwagi na zmienioną sytuację, nie mogą jej zawrzeć na warunkach wskazanych w ofercie, wówczas zasadnym wydaje się rozważenie przez strony możliwości zmiany projektu umowy, o ile spełnione będą przesłanki do zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, która zostałaby zawarta w wyniku tego postępowania. Działanie takie pozwolić może na dostosowanie warunków realizacji kontraktu do zmienionych nadzwyczajnymi zdarzeniami okoliczności. Należy przy tym wskazać, że w ocenie Urzędu Zamówień Publicznych, dyspozycja art. 144 ust. 1 ustawy Pzp może znaleźć zastosowanie do zmiany umowy o zamówienie publiczne zarówno w przypadku, gdy zdarzenie określone jako przesłanka zmiany umowy, zaistniało przed zawarciem umowy, jak i po dacie jej zawarcia. O dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed jej zawarciem wypowiedział się Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku z dnia 2 czerwca 2005 r. (sygn. III Ca 262/05), w którym wskazano, że nie ma przeszkód, aby przepis art. 144 ust. 1 Pzp zastosować odpowiednio po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy. Skoro ustawodawca dopuszcza - w określonych sytuacjach - dokonywanie zmian postanowień umowy już zawartej, to tym bardziej możliwe są zmiany w przyszłej umowie. W konsekwencji, jeżeli zarówno Zamawiający, jak i wykonawca wyrażają wolę zawarcia umowy na zmienionych warunkach, a zmiana taka pozostaje w zgodzie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, to może ona zostać wprowadzona i uwzględniona jeszcze przed zawarciem umowy. Takie działanie pozwoli na realizację zamówienia, tj. zaspokojenie potrzeb zakupowych zamawiającego, a jednocześnie na uniknięcie negatywnych konsekwencji dla wykonawcy (tj. utraty wadium), który nie jest w stanie zrealizować zamówienia publicznego na warunkach wskazanych w swojej ofercie, z uwagi na wystąpienie nieprzewidywalnych okoliczności”* (opinia jest dostępna na stronie internetowej UZP pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/przeslanki-zatrzymania-wadium-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19/interpretacja-i-stosowanie-przeslanek-zatrzymania-wadium,-o-ktorych-mowa-w-art.-46-ust.-5-ustawy-pzp-w-kontekscie-okolicznosci-wywolanych-panujaca-epidemia-covid-19)).

Stanowisko wyrażone w piśmie Prezesa UZP znajduje swoje potwierdzenie w treści przepisu art. 15r ust. 4 i 4a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na podstawie art. 15r ust. 4a ww. ustawy w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19 mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4. Do dnia 24.06.2020 r. ustawodawca nie przewidywał obligatoryjnej zmiany umowy. Przepis [art. 15r ust. 4 u-COVID-19](#) w pierwotnym brzmieniu dotyczył możliwości zmiany umowy w sprawie zamówienia. Jednakże regulacja ta, w ocenie ustawodawcy była niewystarczająca. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, IX kadencja, druk sejm. 382, s. 60-61: W projektowanych przepisach proponuje się odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez Wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. Postulowana zmiana ma na celu stworzenie gwarancji, w szczególności dla wykonawców, że postanowienia umów o udzielenie zamówień publicznych będą uwzględniały zmianę warunków społeczno-gospodarczych wywołaną epidemią COVID-19, która wpływa negatywnie na możliwość wykonania obowiązków umownych. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o COVID-19 wskazano, że: „Propozycje zawarte w projekcie wpisują się zatem, co do zasady, we wspomniane regulacje z zakresu zamówień publicznych, uwzględniają one jednak specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej COVID-19, w tym przede wszystkim konieczność podjęcia szybkich i efektywnych działań”. Dlatego [ustawą](#) z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniono [art. 15r ust. 4 u.COVID-19](#) wprowadzając obowiązek zmiany umowy

Zgodnie z nowym brzmieniem regulacji: Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19:

- 1) wpływają na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa w [art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p.](#) ([art. 15r ust. 4 u.COVID-19](#));
- 2) mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy ([art. 15r ust. 4a u.COVID-19](#))”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73:

Dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw podstawowy pediatryczny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, folia niepiaskowana
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 74:

Dotyczy Zadania nr 1 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny z workiem o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyn o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholu na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 75:


Dotyczy Zadania nr 6 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do PCNL o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Serweta obłożeniowa wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 76:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 78:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 35g/m² lub 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści poszwę o gramaturze 45g/m².

Pytanie nr 79:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o gramaturze 35g/m² lub 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze 45g/m².

Pytanie nr 81:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 60x80cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę w rozmiarze 70 x 80cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 84:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 4: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 150x240cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85:

Dotyczy Zadania nr 7 poz. nr 4: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 230cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 86:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110 x 210cm, warstwa zewnętrzna wykonana z włókniny Spunlace 40g/m², wypełnienie poliester 50g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 87:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110 x 210cm, warstwa zewnętrzna włóknina polipropylenowa 25g/m², wypełnienie poliester 80g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 1: Czy Zamawiający oczekuje aby koc posiadał przeszycia na całej powierzchni chroniące przed przemieszczaniem się wypełnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższy koc.

Pytanie nr 89:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem. Warstwa

spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach. Op. 20 szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 90:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 3: Czy zamawiający dopuści osłonę na ramię C o wymiarach 80 x 150 cm w kształcie walca, zakończona elastyczną gumką do stabilizacji osłony. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 91:

Dotyczy Zadania nr 10 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw na ramię C zawierający:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm.

Osłony zakończone elastyczną gumką do stabilizacji osłony. Sterylizacja radiacyjna.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92:

Dotyczy Zadania nr 11 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 93:

Dotyczy Zadania nr 11 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 94:

Dotyczy Zadania nr 11 poz. nr 1,2: Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 95:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. nr 1,2: Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny 5 warstwowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 96:

Dotyczy Zadania nr 13 poz. nr 2: Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100 x 225cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97:

Dotyczy Zadania nr 14 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów laryngologicznych o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 98:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. nr 1-2: Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższą wycenę z odpowiednim przeliczeniem na zamawianych ilości.

Pytanie nr 99:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. nr 3: Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 100:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. nr 4: Czy Zamawiający dopuści furażerkę męską o gramaturze min. 25g/m²?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 101:

Dotyczy Zadania nr 15 poz. nr 6: Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym, o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź:

Zgownie z SIWZ.

Pytanie nr 102:

Dotyczy Zadania nr 17 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch ze wzmocnieniem z przodu i na rękawach o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103:

Dotyczy Zadania nr 17 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem 7,5cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 104:

Dotyczy Zadania nr 17 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający oznakowanie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu oraz kolorowej lamówki – kodowanie kolorystyczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105:

Dotyczy Zadania nr 17 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch owinięty wewnątrz w serwetę włókninową?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106:

Dotyczy Zadania nr 17 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany z dwoma rękawicami w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107:

Dotyczy Zadania nr 17 poz. nr 1: Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny oznaczony literowo w rozmiarach:

Rozmiar: XL długość 138cm, XXL długość 157cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
Piotr Rybak

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Justyna Gawęda	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	jgaweda@szpitalpulawy.pl	