



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy  
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731  
Tel. 81 45 02 389

[www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

[zp@szpitalpulawy.pl](mailto:zp@szpitalpulawy.pl)

L.dz. 9 /231 /2021

Puławy, 12.01.2021 r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 51/230/2020

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego z podziałem na trzydzieści cztery zadania, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.12.2020 roku pod nr 774343-N-2020.**

#### odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

##### **Pytanie nr 1:**

Zadanie nr 13 poz. 1, 2: Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszego opakowania handlowego – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

##### **Pytanie nr 2:**

Zadanie nr 13 poz. 1, 2: Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opakowań.

##### **Pytanie nr 3:**

Projekt umowy – par. 1 ust. 5

Wnosimy o wprowadzenie do § 1 ust. 5 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.*

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. § 1 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„5. Strony zgodnie oświadczają, iż ilość asortymentu określona w ofercie Wykonawcy ma charakter wyłącznie szacunkowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości asortymentu w stosunku do ilości określonej w tejże ofercie, nie powodującego powstania roszczeń po stronie Wykonawcy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę. Niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30 % wartości umowy.”

**Pytanie nr 4:**

SIWZ – rozdział XVII, projekt umowy – par. 2 ust. 4

Ze względu na przewidziane w SIWZ w rozdziale XVII proponowane kryterium – termin dostaw na realizację zamówienia np. 1 dzień, zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 2 ust. 4 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”. Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy mieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

**Odpowiedź:**

§ 2 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„4. Termin dostawy określa się na maksymalnie na ...dni roboczych od daty złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie zostanie złożone do godz. 11:00.”

**Pytanie nr 5:**

Projekt umowy – par. 5 ust. 1 lit. c)

Prosimy o naliczanie kary umownej od wartości części umowy pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź:**

§ 5 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) za rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.”

**Pytanie nr 6:**

SIWZ – pkt. IX ppkt. 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna powyższe.

**Pytanie nr 7:**

Zadanie nr 31 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw do higieny jamy ustnej składający się z: szczoteczki do zębów z wbudowanym złączem do linii odsysającej i regulowaną siłą ssania (cała szczoteczka wykonana z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosia, do stosowania u dorosłych i dzieci), saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml, saszetki z żelem do mycia zębów na bazie wody, szpatułki z gąbką, oraz kieliszka, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 8:**

Zadanie nr 14, dotyczy pozycji 7: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora o objętości 550 ml.

**Odpowiedź:**

W zadaniu nr 14 nie występuje pozycja nr 7.

**Pytanie nr 9:**

Zadanie nr 14, Dotyczy pozycji 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora o objętości rezerwuaru tlenowego 600 ml.

**Odpowiedź:**

W zadaniu nr 14 nie występuje pozycja nr 8.

**Pytanie nr 10:**

Zadanie 16, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 17 x 24 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 11:**

Zadanie 16, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z podkładów watolinowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 12:**

Zadanie 16, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> , wykonane z:

- przód: 100% poliester + środek myjący o neutralnym pH 5.5

- tył: 100% polipropylen

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 13:**

Zadanie 16, pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe myjki.

**Pytanie nr 14:**

Zadanie 16, pozycja 1: Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe myjki.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający w zad 14 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do nefrostomii z elementami zestawu

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający w zad 14 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw wymienny z elementami zestawu

- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający w zad 14 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, 4,8F, 6F, 7F

Elementy zestawu:

- kateter podwójnie wygięty; średnica pętli pęcherzowej 1,4 cm dla 4,8F i 2 cm dla 6, 7F; odstęp pomiędzy pętlami 26 cm,
- zacisk,
- popychacz,
- prowadnik?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 19:**

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie większej ilości parametrów w zad 14 poz 4.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający wydzieli z zad 14 poz4?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający w zad 21 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik dopęcherzowy DUFOR wykonany z termoplastycznego PCV, Ch 18 – Ch 22, wielkość balona 30 lub 75 ml. Dwudrożny?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający w zad 21 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik dopęcherzowy DUFOR , wykonany z termoplastycznego PCV Ch 18 – Ch 22, wielkość balona 30 lub 75 ml., trójdrożny?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 23:**

Zadanie nr 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG , spełniającej wszystkie określone wymagania o rozmiarze 50 x 36 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 24:**

Zadanie nr 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG, okrągłej o średnicy 30 mm. Elektroda spełnia wszystkie inne określone wymagania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 25:**

Dot. wzoru umowy par. 2 pkt.1: Prosimy o modyfikacje we wzorze umowy poprzez dopisanie iż „Wykonawca (.....) na własny koszt (.....) przy czym wartość jednorazowego zamówienia nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto”.

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:**

§ 2 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do magazynu medycznego w siedzibie Zamawiającego w Puławach ul. Bema 1, 24-100 Puławy, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 7.30-15.00 wraz z oryginałem faktury, o którym mowa w § 3 ust. 5, przy czym wartość jednorazowego zamówienia nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł. netto.”

**Pytanie nr 26:**

Dot. wzoru umowy par. 5 pkt. 1: Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów par. 5 pkt. 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 17 poz. 1,2: Wnosimy o dopuszczenie w zadaniu 17 poz,1 wkładów jednorazowych do ssaków oraz w zadaniu 17 poz. 2 kanistry wielorazowe do wkładów z poz. 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 17 poz. 1: Wkłady jednorazowe posiadają zintegrowaną pokrywę z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. Drugi port ( do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku o pojemności 1l, 2l, 3l

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe – jak opisany w SIWZ.

System, który chcemy zaoferować Państwu charakteryzuje się jeszcze innymi cechami, które czynią go wygodniejszym:

- każdy wkład posiada funkcję samo zasysania

-wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki.

- port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości),

-króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dren w dowolnym kierunku bez załamania go.

- wyposażone w filtr antybakteryjny – hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem

-zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umową osprzęt mocujący.

Pojemność wkładu 1l, 2l, 3l

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 17: Prosimy o zgodę na zaferowanie wkładów z data ważności nadrukowaną na opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 5: Pyt. 1 - Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonane z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zamiast zastawki antyzwrotnej, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, a nie bezpośrednio na kaniuli, kaniule posiadają badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, w następujących rozmiarach:

- 22G (0,90) – dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 5: Pyt. 2 – Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych bez portu i wyjmowanego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie, wykonane z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy, brak dodatkowego otworu przy ostrzu igły, jednostopniowa identyfikacja wkłucia, kaniule posiadają badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, w następujących rozmiarach: 26G (0,64) dł. 19mm; przepływ 19ml/min; 24G (0,74) dl. 19mm przepływ 29 m/min?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 6: Pyt. 1 - Czy Zamawiający dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły w pełni zabezpieczającym przed zakłuciem i zachlapaniem krwią, wykonane z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zamiast zastawki antyzwrotnej, kaniule posiadają badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność poliuretanu, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, informacja o braku zawartości PCV i lateksu na opakowaniu zbiorczym, dostępne w pełnym zakresie rozmiarów?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaferowanie najwyższej jakości kaniul dożylnych włoskiej firmy Delta Med., natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 33:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 1-4 strzykawkę z rozszerzeniem skali? Odpowiednio do: 2,5 ml, 6ml, 12ml i 24ml?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 34:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 5 i 6 powszechnie stosowane strzykawki do pomp infuzyjnych polskiego producenta - Margomed?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 35:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 poz. 7 jeden łącznik luer?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 36:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 poz. 1 przyrząd z komorą kroplową zawierającą medyczny PCV bez nazwy producenta bezpośrednio na przyrządzie w opakowaniu typu folia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 37:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 poz. 1 przyrząd bez uchwytu na dren i zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 38:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 poz. 1 przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1um oraz filtrem cząstek stałych 5um, mała objętość napełniania – 0,25ml opakowanie blistrowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 39:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 poz. 3 dren kranika wykonany z PVC?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 40:**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 22 poz. 3 kranik odporny na ciśnienie do 0,5bara?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 41:**

dotyczy pakietu 17: Wnosimy o dopuszczenie w zadaniu 17 poz.1 wkładów jednorazowych do ssaków o pojemności 1l, 2l , 3 l

- wkłady jednorazowe posiadają zintegrowaną pokrywę.
- każdy wkład posiada funkcję samo zasysania
- wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego.
- króćce przyłączeniowe są kątowe.
- wyposażone w filtr antybakteryjno – hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umową osprzęt mocujący.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 42:**

Pakiet 17: Prosimy o dopuszczenie wkładów z datą ważności umieszczoną na opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 43:**

Pytania pakiet 17: Czy Zamawiający w zadaniu 17, poz. 1 dopuści wkłady jednorazowe o poj. 1,5l i 2,5l na wydzielinę, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzielinę do pacjenta; posiadający zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy) – funkcja odcięcia w przypadku przepełnienia; ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu

filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania? Wykonawca bezpłatnie wyposaży Użytkownika w pojemniki kompatybilne z powyższymi wkładami.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 44:**

Pytanie pakiet 17: Czy Zamawiający w zadaniu 17, poz. 2 dopuści wielorazowy pojemnik o pojemności 1,5l i 2,5l, przezroczysty, wyskalowany w ml, wykonany z poliwęglanu, z nietłukącego tworzywa, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Posiadający blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładów. Zbiornik podobnie jak wkłady są kodowane kolorem, co ułatwia rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu, zbiornik przystosowany do dezynfekcji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 45:**

Dotyczy Zadania nr 23: Czy Zamawiający będzie wymagał nakłuwacza automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min 5 mm. Sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza trzyplaszczynowa IGŁA 21G (0,8mm), głębokość nakłucia 1,8mm., oraz Igła 21G (0,8mm ) głębokość nakłucia 1,8 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 46:**

Dotyczy Zadania nr 25: Czy Zamawiający dopuści w poz.1 kaczkę jednorazową z masy papierowej o wymiarach tak jak obecnie stosowane w Państwa szpitalu ?

Wymiary : W 60 mm x D 168 mm x S 90 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 47:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 nocnik jednorazowy z masy papierowej o wymiarach :

Wymiary : W 80 mm x D 245 mm x S 195 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 48:**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 miskę do mycia jednorazowa z masy papierowej o wymiarach :

Wymiary :W 110 mm x D 362 mm x S 255 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 49:**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał w poz. 3 miskę do toalety pacjenta 4 l utrzymującą wodę o temperaturze 45°C z detergentem do 2godz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 50:**

Zadanie 1: Czy zamawiający wydzieli do osobnego zadania poz. 7?

**Odpowiedź:**

Zapisy siwz pozostają bez zmian.

**Pytanie nr 51:**

Zadanie 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 1-3?

**Odpowiedź:**

Zapisy siwz pozostają bez zmian.



**Pytanie nr 52:**

Zadanie 4: Poz. 1-3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 53:**

Zadanie 4: Poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bez dodatkowego zaczechu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 54:**

Zadanie 4: Poz. 1-3 Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 55:**

Zadanie 7: Czy zamawiający dopuści plastry bez metki do oznakowania daty?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 56:**

Zadanie 7: Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 50 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 57:**

Zadanie 7: Czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt. z przeliczeniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 58:**

Zadanie 8 poz. 8 czy zamawiający dopuści zaciskacze w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 59:**

Zad. 8 poz. 8 czy zamawiający dopuści zaciskacze w op. po 50 szt.?

**Odpowiedź:**

Tak, po odpowiednim przeliczeniu ilości.

**Pytanie nr 60:**

Zad. 8 poz. 8 czy zamawiający dopuści zaciskacze w opak. Pojedynczym papier-folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 61:**

Zad. 8 poz. 9 czy zamawiający dopuści wycenę za op. po 75 szt.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 62:**

Zadanie 25: Poz. 2 czy zamawiający dopuści nocnik o śr. 22,8, wys. 7,6 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 63:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 16 pozycji 1 dopuści do zaoferowania myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, wykonane z napowietrzanej włókniny o gramaturze min. 70 g/m kw.

oraz wiskozy o gramaturze min. 35 g/m kw. Wewnątrz podfoliowane, obustronnie pokryte suchym mydłem aktywowanym w kontakcie z wodą. Rozmiar min. 16 x 23 cm, pakowane w woreczki po maks. 20 szt.?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 64:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 65:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 66:**

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 67:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 68:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 69:**

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedykami, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 70:**

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie

temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 71:**

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 72:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 1 dopuści do zaoferowania strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowe, koncentryczne, luer, o pojemności 2 ml skala 0,1 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen lub polipropylen. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Dwa oringi zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym z rozszerzeniem do 3ml. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 73:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 2 dopuści do zaoferowania strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowe, mimośrodowe złącze luer, o pojemności 5 ml skala 0,2 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen lub polipropylen. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Dwa oringi zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym z rozszerzeniem do 6ml. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 74:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 3 dopuści do zaoferowania strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowe, mimośrodowe złącze luer, o pojemności 10 ml skala 0,5 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen lub polipropylen. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Dwa oringi zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym z rozszerzeniem do 12ml. Op. 100szt. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 75:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 4 dopuści do zaoferowania strzykawki jednorazowego użytku, dwuczęściowe, mimośrodowe złącze luer, o pojemności 20 ml skala 1,0 ml. Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tłok polietylen lub polipropylen. Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister). Tłok niekontrastujący, biały. Dwa oringi zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwała niezmywalna skala w kolorze czarnym z rozszerzeniem do 24ml. Op. 100szt z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań na 1440 op. Na op. jednostkowym numer serii i data ważności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 76:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 5 dopuści do zaoferowania Strzykawkę jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściową, koncentryczną, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, dwustronna, skala co 1ml do 50 ml, co 5ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 75 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 77:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 6 dopuści do zaoferowania Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowe, bursztynowe, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50 - 60 ml, typu Luer- Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, dwustronna, skala co 1ml do 50ml, co 5ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce. Opakowanie 75 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 78:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 8 dopuści do zaoferowania Strzykawkę do insuliny o pojemności 1 ml – U100, typu Luer Lock, z igłą dołączoną do strzykawki 0,33 X 13mm. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu (lub tłok z polietylenu), natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna oznaczona wg skali 1 ml=100 j.m. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Pakowana jałowo z igłą, z widoczną datą ważności na pojedynczych opakowaniach. Pakowana pojedynczo (op. blister pack). Opakowanie max 120szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 79:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 1 pozycji 9 dopuści do zaoferowania Strzykawkę do tuberculin 1 ml z zamontowaną igłą 25G5/8 – 0,5x16mm, (nasadka pomarańczowa), ostrze standard, skala co 0,01ml. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu (lub tłok z polietylenu), natłuszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. Opakowanie max 120 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 80:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści do zaoferowania bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu. Igły iniekcyjne bezpieczne w rozmiarach od 19-25 długość 25 – 40mm, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaszkującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe elementu zabezpieczającego na igle. Op. – 100 szt. Dostępne w rozmiarach 0,5 – 1,2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 81:**

Czy zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 8, 9 poprzez podaną ilość opakowań w kolumnie „ilość” ma na myśli ilość opakowań 100szt. czy 120szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający ilość określił na 120 szt. w opakowaniu.

**Pytanie nr 82:**

Czy zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści podanie ceny za opakowanie a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 83:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 poz. 1 dopuści do zaferowania plaster do venflonów, jałowy, 6 x 8 cm. Samoprzylepny, opatrunek do mocowania kaniul. Wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym. Centralnie umieszczony wkład chłonny zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsc wkucia. 1 op – 100 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 84:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 poz. 1 dopuści do zaferowania zaciskacze do pępownicy o długości ramion min. 5cm?

**Odpowiedź:**

W zadaniu nr 7 nie występuje asortyment o który pyta oferent.

**Pytanie nr 85:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 8 poz. 1 dopuści do zaferowania kieliszki do leków j.u., pakowane w opakowanie a'80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:**

W zadaniu nr 8 w pozycji 1 występują szpatułki.

**Pytanie nr 86:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 1 dopuści do zaferowania elektrody do długotrwałego monitorowania EKG i prób wysiłkowych, z zaokrąglonymi rogami i języczkiem, prostokątna w rozmiarze 48 x 36 mm. Wykonana z pianki polietylenowej, pokryta klejem akrylowym, żel stały, ze złączem zatraskowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 87:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 2 dopuści do zaferowania elektrody do EKG, pediatryczna, mała w formie np. okrągła, o średnicy 30 mm (+/- 1 mm). Wykonana z pianki polietylenowej, pokryta klejem akrylowym, żel stały?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 88:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 4 dopuści podanie ceny za opakowanie a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganej ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 89:**

Dot. zadania nr 23: Czy Zamawiający wymaga, aby nakłuwacze posiadały ergonomiczny kształt litery "T" zapewniający pewny i stabilny chwyt podczas wykonywania nakłucia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 90:**

Dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 91:**

Dotyczy SIWZ- Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 92:**

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 93:**

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 94:**

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz i odpowiednimi przepisami.

**Pytanie nr 95:**

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**Pytanie nr 96:**

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 97:**

Dotyczy SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyicznymi.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 98:**

Dotyczy SIWZ – Czy Zamawiający w toku weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami SIWZ, przewiduje w przypadku wątpliwości, możliwości wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbki oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z wymaganiami SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 99:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 1) Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 2 ml skala 0,1ml , końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową rozszerzona do 3ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki

nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 100:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 2) Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 5 ml skala 0,2ml , końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową rozszerzona do 6ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 101:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 3) Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 10 ml skala 0,5ml , końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową rozszerzona do 12ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 102:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 4) Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20 ml skala 1ml , końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową rozszerzona do 24ml, musi posiadać podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 103:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 5) Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier, op. 75szt?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 104:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 6) Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych Bursztynowa, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier, op. 75szt?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 105:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 7) Strzykawka 100ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skale pomiarową, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, op. 45szt.?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 106:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 8) Strzykawka do insuliny o pojemności 1 ml – U100 , typu Luer , z igłą dołączoną do strzykawki 0,33 X 13mm. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna oznaczona wg skali 1 ml=100 j.m. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze ławtwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, jałowa, sterylizowana EO?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 107:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 1, pozycja 9) Strzykawka do tuberculiny o pojemności 1 ml – U100, typu Luer, z igłą dołączoną do strzykawki 0,50 X 16. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna oznaczona wg skali 1 ml=100 j.m. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, oznaczenie o braku lateksu na cylindrze łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki, jałowa, sterylizowana EO?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 108:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
  - a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu zamówienia;
  - b) za dostarczenie przedmiotu zamówienia z wadami - w wysokości 0,5% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami jeżeli wymiana wadliwego towaru na wolny od wad zgodny z zamówieniem trwa dłużej niż 14 dni, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego towaru;
  - c) za rozwiązanie Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 3 ust. 2.

**Odpowiedź:**

Litery a) oraz b) ustępu 1 - zapisy siwz pozostają bez zmian. Litera c) jak w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie nr 109:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt XV ust. 6 siwz oraz § 3 ust. 6 wzoru umowy.

**Pytanie nr 110:**

Dotyczy Zadania nr 3: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 1,2 x 40 mm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 111:**

Dotyczy Zadania nr 5: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule w poz. 1 i w poz. 2 pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 112:**

Dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane w opakowania typu blister?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 113:**

Dotyczy Zadania nr 6: Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule w rozmiarach 18 G- 22G posiadały dodatkowy otwór przy ostrzu igły, zapewniający szybkie wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wejścia w naczynie? Jest to bardzo istotne z klinicznego punktu widzenia w przypadku pacjentów ze słabymi żyłami, w szczególności pacjentów geriatrycznych i onkologicznych, gdyż pozwala na zminimalizowanie prób ukłucia pacjenta.



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 114:**

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie cen jednostkowych netto za 1 sztukę wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 115:**

Dotyczy wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o określenie dokładnego miejsca dostaw.

**Odpowiedź:**

Towar będzie, w zależności od asortymentu, dostarczany do Apteki szpitala lub Magazynu Medycznego, Puławy, ul. Bema 1.

**Pytanie nr 116:**

Zadanie nr 15, pozycja nr 1: Czy zamawiający dopuści przyrząd do cystoskopu z przedłużką wykonaną z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 117:**

Zadanie nr 15, pozycja nr 1: Czy zamawiający dopuści przyrząd do cystoskopu z przedłużką wykonaną z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 118:**

Zadanie nr 16, pozycja nr 1: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę o następujących parametrach:

- Myjka nasączone środkiem myjącym (PH 5,5)
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestry
- Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m<sup>2</sup> (część przednia pokryta mydłem, 70 g/m<sup>2</sup> (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 119:**

Zadanie nr 18, pozycja nr 1: Czy zamawiający dopuści opaski na zwłoki z etui o wymiarach 80 x 110 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 120:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 3: Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu o dacie ważności z 3 letnim okresem przydatności, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 121:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 4: Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu o dacie ważności z 3 letnim okresem przydatności, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 122:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 5: Czy zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu z zielonym ringiem zamiast czopu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 123:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 6: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 5
- Zaworem ciśnieniowym 60cmH<sub>2</sub>O
- Zalecana waga pacjenta >40kg

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 124:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 6: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dorosłych wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 2000 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 4 i 5
- Zaworem ciśnieniowym 60cmH<sub>2</sub>O
- Zalecana waga pacjenta >40kg

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 125:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 7: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 2
- Zaworem ciśnieniowym 40 cm H<sub>2</sub>O
- Zalecana waga pacjenta 10kg~30kg

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 126:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 7: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 2 i 3
- Zaworem ciśnieniowym 40 cm H<sub>2</sub>O
- Zalecana waga pacjenta 10kg~30kg

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 127:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 8: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt wyrównujący siłę uciśnięć poj. 280 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 1
- Zaworem ciśnieniowym 40cmH<sub>2</sub>O
- Zalecana waga pacjenta ≤10kg

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 128:**

Zadanie nr 24, pozycja nr 8: Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny worek samorozprężalny jednorazowego użytku wykonany z PCV dla dzieci/niemowląt wyrównujący siłę uciśnięć poj. 280 ml w zestawie z:

- Rezerwuarem tlenu 1600 ml,
- Przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m
- Maską twarzową 0 i 1
- Zaworem ciśnieniowym 40cmH<sub>2</sub>O

-Zalecana waga pacjenta ≤10kg

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 129:**

Zadanie 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły w rozmiarach 19-25 długości 25-40mm, pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 300?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 130:**

Zadanie 6 pozycje 1 – 3: Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 131:**

Zadanie 7, pozycja 1: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby plaster posiadał metkę do oznakowania daty założenia wkłucia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 132:**

Zadanie 7, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8 x 8cm, wykonany z folii poliuretanowej, skrzydełka wzmocnione włókniną?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z siwz.

**Pytanie nr 133:**

Zadanie 7, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 6 x 7cm, wykonany z folii poliuretanowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 134:**

Zadanie 8, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści woreczki do pobierania próbek moczu pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 135:**

Zadanie 8, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści zestaw do irygacji zakończony międko wyoblonym zakończeniem z atraumatycznym otworem końcowym i jednym otworem bocznym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 136:**

Zadanie 8, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępownicy pakowane a'50 sztuk o długości całkowitej 5,3 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 137:**

Zadanie 8, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem „w górę” do 1667 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 138:**

Zadanie 9, pozycja 2: Czy Zamawiający ma na myśli papier do EKG do m.in. Schiller AT-101 w rozmiarze 80mm x 70mm x 315 kartek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 139:**

Zadanie 9, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCard 31 w rolce o długości 10m z przeliczeniem ilości na 60 rolek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 140:**

Zadanie 9, pozycje 9 – 10: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych (Sony, Japonia), gwarantujących jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamienniki o gorszych parametrach?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 141:**

Zadanie 9, pozycja 13: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych (Mitsubishi, Japonia), gwarantujących jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamienniki o gorszych parametrach?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 142:**

Zadanie 10, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer w rozmiarze CH 21 (średnica zew. ok. 7mm), jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 143:**

Zadanie 18, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki o wymiarach 220x90 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 144:**

Zadanie 20, Pozycja 1-2: Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley'a pakowane podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne papier/folia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 145:**

Zadanie 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz pakowany a'100 sztuk oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 700?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 146:**

Zadanie 25, Pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską o wadze wyrobu 35g ± 4g?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 147:**

Zadanie 25, Pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści nocnik jednorazowy w rozmiarze 240x179x80 mm w opakowaniu a'200szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie nr 148:**

Zadanie 33, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**Pytanie 149:**

Zadanie 33, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści powyższe.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Puławach  
*Piotr Rybak*

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Dziegłewska	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	<a href="mailto:mdziegłewska@szpitalpulawy.pl">mdziegłewska@szpitalpulawy.pl</a>	