

Puławy, 28.01.2020 r

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w Puławach
ul. Bema1, 24-100 Puławy**

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZM 5/230/2020**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę analizatorów: do równowagi kwasowo-zasadowej oraz parametrów krytycznych wraz z zakupem i dostawą odczynników dla SPZOZ w Puławach.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 1

Pytanie nr 1

poz. 3: Czy Zamawiający dopuści aparat bez systemu zabezpieczeń przed skrzepami?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

poz. 9: Czy Zamawiający dopuści objętości próbek: 195µl dla próbek strzykawkowych, 100µl dla kapilarnych, 40µl w trybie mikro?

Odp. Tak

Pytanie nr 3

poz. 10: Czy Zamawiający dopuści czas pomiaru 210 sekund?

Odp. Nie

Pytanie nr 4

poz. 15: Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany pojedynczych elektrod i kasy odczynnikowej?

Odp. Nie

Zadanie nr 2

Pytanie nr 5

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,5mmol/L?

Odp. Nie

Pytanie nr 6

poz. 6: Czy Zamawiający dopuści 3 mat. Zużywalne: kasetę odczynnikową, blok z elektrodami, kasetę z płynem płuczającym?

Odp. Nie

Pytanie nr 7

poz. 16: Czy Zamawiający dopuści aparat bez miesządła próbek?

Odp. Nie

Pytanie nr 8

poz. 17: Czy Zamawiający dopuści automatyczny system pobierania próbek bez wykrywania i usuwania skrzepów?

Odp. Nie

Pytanie nr 9

poz. 18: Czy Zamawiający dopuści objętości próbek: 195µl dla próbek strzykawkowych, 100µl dla kapilarnych, 40µl w trybie mikro?

Odp. Tak

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
.....
(podpis kierownika Zamawiającego)
Piotr Rybak