

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZXM 55/230/2019**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup drobnego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Puławach

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 23

Czy Zamawiający będzie wymagał nakłuwacza automatycznego do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych . Jednorazowy w obudowie w kształcie litery T lub zbliżonym , konstrukcyjnie zabezpieczony przed oponowym użyciem , ostrze schowane , silikonowane , ze stali nierdzewnej , szlifowane. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy na głębokość min 5 mm. Sterylizowany promieniami Gamma , postaje sterylne przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylne do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza trzyplaszczynowy Igła 21 G (0,8mm) głębokość nakłucia 2,4 mm oraz Igła 21 G (0,8mm) głębokość nakłucia 1,8 mm .

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kaczkę jednorazową z masy papierowej o wymiarach

Wymiary: W 60mm X D 168mm X S 90 mm

Czy Zamawiający dopuści w poz.2 nocnik jednorazowy z masy papierowej o wymiarach

Wymiary: W 80mm X D 245mm X S 195mm

Czy Zamawiający dopuści w poz.3 miska do mycia jednorazowa z masy papierowej o wymiarach ,

Wymiary: W 110mm X D 362mm X S 255mm

Odp. Zamawiający dopuszcza przy spełnianiu pozostałych zapisów siwz.

Pytanie nr 3 - Dotyczy zadania nr 9 poz. 2

Bardzo proszę o podanie typu aparatu oraz czy papier ma być w rolkach czy w bloczku?

Odp. Papier w rolkach – zgodnie z opisem

Pytanie nr 4 - Dotyczy zadania nr 9 poz. 9 , 10

Czy Zamawiający dopuści do w/w pozycji zamienniki czy będzie wymagał oryginału ?

Odp. Zgodnie z siwz, przy spełnianiu wymagań .

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 7 sterylne opatrunku do mocowania kaniuli dożylnych w wycięciem o wymiarach 6 x 8 cm. Zawiera chłonny wkład, chroniący miejsce wkłucia. Wyposażony jest również w dodatkową podkładkę do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli. Opatrunek wyprodukowano z miękkiej perforowanej elastycznej włókniny przepuszczalnej dla powietrza i wilgoci. Opatrunek zawiera hypoalergiczny klej poliakrylowy. Plaster nie zawiera metki do oznakowania daty założenia wkłucia. 1 opakowanie zawiera 50 sztuk produktu

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 13 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej w formie „kwiatka” o średnicy 25,7 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 7 - Zadanie nr 13 poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny najmniejszego opakowania handlowego – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, przy spełnianiu pozostałych zapisów siwz w tym zamawianych ilości

Pytanie nr 8 - Zadanie nr 13 poz. 1, 2

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odp. Pytanie nr 7

Pytanie nr 9 - Zadanie nr 9 poz. 10, 13

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycjach należy zaferować papiery oryginalne, czy Zamawiający dopuszcza również papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych.

Odp. Zamawiający dopuszcza również papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych, przy zachowaniu parametrów.

Pytanie nr 10 - Projekt umowy – par. 1 ust. 5

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 1 ust. 5 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP, zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres - margines, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności skutkujących zmniejszonym zapotrzebowaniem i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Także w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno przeznaczy na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Brak w postanowieniach umowy tego istotnego elementu pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej, które może prowadzić do asekuracyjnego zawyżania cen. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze umowy, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy.

Odp. Prognozowana częstotliwość składania zamówień – dwa zamówienia w okresie miesiąca. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia dodatkowego zamówienia w sytuacji nagłej potrzeby.

Zamawiający wprowadza do § 1 ust. 5 projektu umowy zapis o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Pytanie nr 11 - SIWZ – rozdział XVII, projekt umowy – par. 2 ust. 4

Ze względu na przewidziane w SIWZ w rozdziale XVII proponowane kryterium – termin dostaw na realizację zamówienia np. 1 dzień, zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 2 ust. 4 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”. Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania

wykonawców przejawia się tym, że brak określenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy mieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

Odp. Zamawiający dopisuje do par. 2 ust. 4 projektu umowy postanowienie: „Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-12:00”.

Pytanie nr 12 - Projekt umowy – par. 5 ust. 1 lit. c)

Prosimy o naliczanie kary umownej od wartości części umowy pozostałej do realizacji.

Odp. Nie. Zapis zgodnie z siwz

Pytanie nr 13 - SIWZ – pkt. IX ppkt. 3 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy

Odp. Zgodnie z art. 24 pkt. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Pytanie nr 14 - Dotyczy zadania nr 21 poz. nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Cewnik dopęcherzowy DUFOUR 100 % silikon, Ch 18-Ch 22, wielkość balona 30-70 ml., dwudrożny ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 15 - Dotyczy zadania nr 21 poz. nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Cewnik dopęcherzowy DUFOUR 100 % silikon, Ch 18-Ch 22, wielkość balona 30-50 ml., trójdrożny z portem Luer z zatyczką na kanale płuczącym ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 16 - – zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 13 w pozycji 1 równoważnych elektrod EKG o rozmiarze 50 x36 mm. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie nr 17 – zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 13 w pozycji 2 równoważnych elektrod EKG pediatrycznych okrągłych o średnicy 30 mm lub okrągłych o średnicy 25mm. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 18 – zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 13 w pozycji 2 równoważnych elektrod EKG pediatrycznych prostokątnych z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 36 x 28 mm. Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 19 – zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Zadaniu 13 podania ceny jednostkowej netto elektrod w przeliczeniu na opakowania jednostkowe 50 sztuk. Ilość zaoferowanych opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe, przy spełnianiu pozostałych zapisów siwz w tym zamawianych ilości

Pytanie nr 20 - Dotyczy zadania nr 17 załącznik nr 6

Czy Zamawiający dopuści wkłady jednorazowe do ssaków:

- posiadające zintegrowaną pokrywę wyposażoną w dwa króćce: pacjent i ssanie;
- wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do demontażu wkładu po jego zapelnieniu;
- data ważności i numer serii nadrukowane fabrycznie na każdym wkładzie.

Pojemność wkładu: 1 litrowe i 2 litrowe;

Kompatybilne kanistry do w/w wkładów jednorazowego użytku o następujących parametrach:

- wykonane z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, ze skalą co 100 ml;
- z możliwością autoklawowania w temperaturze do 121 st. C;
- kanister wyprodukowany w opatentowanej technologii antybakteryjnej, poświadczonej badaniami wg ISO 22196.

Pojemność kanistra: 1 litrowe i 2 litrowe?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 21 - Zadanie nr 1, poz. 5-7

Czy zamawiający wydzieli poz.5-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 22- Zadanie 1, poz. 5-7

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną skalą pomiarową, w kontrastowym kolorze?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 23 - Zadanie 4, poz. 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 24 - Zadanie 4, poz. 1-3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów IS, IS bursztynowy oraz TS z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 25 - Zadanie 4, poz. 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 26 - Zadanie 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 27 - Zadanie 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, **o długości komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ?**

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 28 - Zadanie 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opatrunek bez metki do znakowania daty wkłucia?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 29 - Zadanie 16, poz. 1

Czy zamawiający dopuści suchą, miękką myjkę bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny bawełnianej typu Molton (65g/m²), pokrytej od wewnątrz obustronnie folią PE (20g/m²), o wymiarze 23 cm x 16 cm (+/- 1 cm), waga pojedynczej myjki - 6,0 g ; grubość pojedynczej myjki - 1 mm , w kolorze białym?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 30 - Zadanie 18, poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza/wymaga opaski z identyfikatorem dla zmarłych, polietylenowa, biała, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25cm, etui z folii PCV o wymiarach 78 x 96 mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko, imię, pesel, zgon: data i godzina.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 31 - Zadanie 18, poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem, w kolorze białym, rozmiar: 220 cm x 90 cm , wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm, uchwyty dodatkowo wzmocnione folią, wytrzymałość folii do 160 kg , pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 32 - Zadanie 25, poz. 1

Czy zamawiający dopuści kaczkę jednorazową z pulpy , o wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm, poj.800 ml?

Odp. Tak , przy zachowaniu pozostałych wymagań

Pytanie nr 33 - Zadanie 25, poz. 2

Czy zamawiający dopuści nocnik z pulpy celulozowej o wymiarach : średnica: 250 mm , wysokość: 90 mm , pojemność: 1000 ml?

Odp. Tak , przy zachowaniu pozostałych wymagań

Pytanie nr 34 - Zadanie 25, poz. 3

Czy zamawiający dopuści miskę z pulpy 4 litrową o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, przesiąkalność (min) 4 godziny, temperatura odporności $50^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$?

Odp. Tak , przy zachowaniu pozostałych wymagań

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29 pozycji 2 igły 30 G x 8 mm, sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniającym wszystkie pozostałe parametry SIWZ - kompatybilne ze wszystkimi penami dostępnymi na rynku, konfekcjonowane w opakowaniu 100 szt. ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29 pozycji 1 igły 31 G x 5 mm spełniającym wszystkie pozostałe parametry SIWZ - kompatybilne ze wszystkimi penami dostępnymi na rynku, konfekcjonowane w opakowaniu 100 szt. ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 37 - Pytanie do zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek o połowę w stosunku do wymagań stawianych w SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 38 - Zadanie nr 1 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawkę z tłokiem w kolorze niebieskim z czarna niezmywalną rozszerzona skala z nazwa producenta na cylindrze z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu zbiorczym typu kartonik?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 39 - Zadanie nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawkę w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 80 sztuk?

Odp. Tak , pozostałe zapisy zgodne z siwz

Pytanie nr 40 - Zadanie nr 1 poz. 5, 6

Proszę o doprecyzowanie na jakich pompach strzykawkowych zamawiający pracuje. Pytanie postawione w celu zapewnienia strzykawkę w pełni kompatybilnych z obecnie stosowanym sprzętem w placówce?

Odp. 70 % to pomy Ascor, pozostałe: Kwapisz, Promed, B.Braun i inne w pojedynczych ilościach

Pytanie nr 41 - Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły bezpiecznej z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem w rozmiarach: 0,6x30mm, 0,7x40mm, 0,8x40mm, 0,9x40mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42 - Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w formie próbek oferowanego produktu w ilości 20 sztuk igły 0,6 – 0,9 do wyboru?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 43 - Zadanie nr 4 poz. 1-3

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Odp. Tak

Pytanie nr 44 - Zadanie nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opakowania folia?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 45 - Zadanie nr 5, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuśczenie wymogu potwierdzania ograniczania ryzyka zakrzepowego zapalenia żył badaniami klinicznymi bądź laboratoryjnym?

Odp. Tak

Pytanie nr 46 - Zadanie nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z portem bocznym wykonanej z PUR z 4 paskami radiocienującymi nazwa kaniuli na opakowaniu jednostkowym wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą przed wypływem krwi w rozmiarach:

14 G	2,20 x 45
16 G	1,70 x 45
17 G	1,50 x 45
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38
20 G	1,00 x 32
22 G	0,80 x 25

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 47 - Zadanie nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z portem bocznym wykonanej z FEP z 4 paskami radiocienującymi nazwa kaniuli na opakowaniu jednostkowym wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą przed wypływem krwi w rozmiarach:

14 G	2,20 x 45
16 G	1,70 x 45
17 G	1,50 x 45
18 G	1,20 x 45 1,20 x 38
20 G	1,00 x 32
22 G	0,80 x 25

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 48 - Zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający zważywszy na to, że i tak testuje jakość kaniul, dopuści kaniule z zagłębieniem w igle (zamiast otworu), które także pozwala na szybą identyfikację poprawnego wklucia poprzez pojawienie się krwi w tzw. Komorze flash back (tylna komora).

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 49 - Zadanie nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5, element ograniczający/nie dopuszczający do wypływu krwi nazywa się zatyczką odpowietrzającą i jakkolwiek

określi go Zamawiający bądź wykonawca w swoich materiałach handlowych, czy kartach katalogowych, zastawka antyzwrotna/bezwrotna/filtr hydrofobowy/membrana hydrofobowa są de facto jednym i tym samym rozwiązaniem!. Zatem Czy zamawiający dopuści wymienione rozwiązania jako równoważne?

Odp. Tak

Pytanie nr 50 - Zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z PUR ze zdejmowanym uchwytem z 4 paskami radiocieniującymi z zastawka antyzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi w rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	13
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	13

Odp. Tak , przy zachowaniu pozostałych wymagań

Pytanie nr 51 - Zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP ze zdejmowanym uchwytem z 4 paskami radiocieniującymi z zastawka antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	13
Żółty	24 G	0,7 x 19	13

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 52 - Zadanie nr 5, poz. 1, 2

Proszę o dopuszczenie kaniul w szczelnym, sterylnym opakowaniu typu papier klasy medycznej.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 53 - Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuścić wymogu potwierdzania badaniami klinicznymi potwierdzającymi biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula?

Odp. Tak

Pytanie nr 54 - Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z FEP z 2 paskami radiocieniującymi z filtrem hydrofobowym z zastawka antyzwrotną z zabezpieczeniem w postaci polimerowego zatrzasku?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 55 - Zadanie nr 7, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie plastrów do venflonow jałowego 6x8 . Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul. Wykonany z hydrofobowej włókniny , pokryty klejem akrylowym . centralnie umieszczony wkład chłonny zabezpiecza przywieraniem włókniny do miejsc wklucia z dodatkowa podkładka chłonna takiego jak obecnie dostarczamy do Państwa?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 56 - Zadanie nr 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kranika o objętości wypełnienia 0,32 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 57 - Zadanie nr 22, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem o przepływie 525 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 58 - Zadanie nr 22, poz. 2-3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to zamawiającemu uzyskać jeszcze większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 59 - Zadanie nr 28, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zamkniętego bezigłowego łącznika o długości 31mm o przepływie grawitacyjnym 312ml/min do 600 aktywacji i 7 dni używania, membrana umieszczona wewnątrz konektora z przestrzenią martwa 0,05ml wytrzymałość na ciśnienie płynu 4ba czyli 58PSI ciśnienie zwrotne 2Ba czyli 19PSI. Pozostałe zgodne z SIWZ

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 60 - Zadanie nr 29, poz. 2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji z pakietu. Pozwoli to zamawiającemu uzyskać jeszcze większą liczbę korzystnych ofert.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 61 - Zadanie nr 29, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie igły do penów w rozmiarach 0,25(31Gx4mm) lub 31G 0,25x6mm?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 62 - zadanie nr 8

Poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do enemy z drenem zakończonym otworem centralnym i dodatkowo jednym otworem bocznym, w którym końcówka drenu pokrytą jest substancją poślizgową ułatwiającą wprowadzenie. Taka konstrukcja nie odbiega w żaden sposób od funkcjonalności wyrobu medycznego, opisanego w SIWZ a pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie różnorodnych ofert.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 63 zadanie nr 8

Poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zaciskacza do pępownicy **pakowanego pojedynczo w opakowanie papier- folia** z zachowaniem wymaganych pozostałym parametrów. Rodzaj opakowania nie ma wpływu na wykonywane procedury medyczne a dopuszczenie opakowania papier –folia pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie różnorodnych ofert.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego, że opakowanie ma być foliowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 64 zadanie nr 8

Poz. 9- Prosimy o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na pełne opakowania, czyli 1467 opakowań. Kieliszki konfekcjonowane są w opakowaniach po 75 szt. i w ten sposób są sprzedawane. W związku z tym, iż przepisy prawa odnoszące się do cen, pozwalają na podawanie cen wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku, wycena za opakowanie umożliwi zaoferowanie korzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pakiet 16 pozycja 1

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 67

Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 17 x 24 cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie nr 68

Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 50g/m² ?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie nr 69 Pakiet 16 pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 70 - Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zgodnie z art. 24 pkt. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dotyczy zadania nr 17

Pytanie nr 71 -

Wnosimy o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym „opatentowanej technologii antybakteryjnej, poświadczonej badaniami ISO 22196”, który stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji i jest niezgodny z dyspozycją przepisu art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych bowiem jednoznacznie preferuje tylko jednego Wykonawcę, ogranicza konkurencję uniemożliwiając złożenie ofert większej liczbie oferentów.

W przypadku braku odstąpienia przez Zamawiającego od powyższego wymogu wnosimy o uzasadnienie. Jednocześnie wskazujemy, że obecnie na rynku nie istnieje system wkładów i kanistrów odsysających wykorzystujący technologię antybakteryjną, co jednoznacznie zostało potwierdzone w raporcie badawczym, który posiadamy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w postępowaniach przetargowych dostrzegamy nieuczciwe praktyki konkurencji, gdzie jeden z potencjalnych wykonawców potwierdza spełnienie wymogu wyprodukowania oferowanych wkładów i kanistrów w technologii antybakteryjnej, w sytuacji gdy jest to niezgodne z przeprowadzonymi badaniami w tym zakresie.

Odp. Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu

Pytanie nr 72

Wnosimy o dopuszczenie w zadaniu 17 pozycja nr 1 wkładów jednorazowych do ssaków oraz w pozycji nr 2 kanistry wielorazowe kompatybilne do wkładów z poz. 1

Wkłady jednorazowe posiadają zintegrowaną pokrywę z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. Drugi port (do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku o pojemności 1l, 2l, 3l.

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe – jak opisany w SIWZ.

System, który chcemy zaoferować Państwu charakteryzuje się jeszcze innymi cechami, które czynią go wygodniejszym:

- każdy wkład posiada funkcję samo zasysania
- wkład workowy posiada szeroki port dostępowy dla zasypywania proszku żelującego, który może być dozowany luzem lub bardziej komfortowo w postaci gotowej saszetki.
- port na wkładzie o średnicy wewnętrznej 12mm (do odsysania dużych objętości),
- króćce przyłączeniowe są obrotowe, kątowe oraz schodkowe dzięki czemu można użyć drenów o różnej średnicy i skierować dren w dowolnym kierunku bez załamywania go.
- wyposażone w filtr antybakteryjno – hydrofobowy zabezpieczający przed zalaniem
- zastosowana w produkcji nowoczesna technologia pozwoliła na wytworzenie bezpiecznych wkładów workowych w postaci cienkiej folii, dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej. Rozwiązanie to pozwoliło radykalnie zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umową osprzęt mocujący.
Pojemność wkładu 1l, 2l, 3l

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 73 - Zadanie 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły bezpiecznej w rozmiarze 1,2 x 40 mm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 74 - Zadanie nr 5

Czy zamawiający wymaga, aby kaniule w poz. 1 i w poz. 2 pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 75 - Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane w opakowania typu blister?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 76 - Zadanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule w rozmiarach 18 G- 22G posiadały dodatkowy otwór przy ostrzu igły, zapewniający szybkie wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wejścia w naczynie? Jest to bardzo istotne z klinicznego punktu widzenia w przypadku pacjentów ze słabymi żyłami, w szczególności pacjentów geriatrycznych i onkologicznych, gdyż pozwala na zminimalizowanie prób ukłucia pacjenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 77 - Zadanie nr 22 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści kraniki odporne na ciśnienie 3 barów?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 78 - Zadanie nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby objętość wypełnienia balonika wynosiła 0,80 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 79 - Zadanie nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania leków, okres użytkowania 4 dni, skuteczność bakteriologiczna filtra odpowietrzającego > 99,999%, objętość wypełnienia 0,25 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 80 - Zadanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga, aby zawór dostępu naczyniowego był wyposażony w uchwyt/aplikator zapobiegający przypadkowemu zakażeniu wkłucia, w kolorze innym niż zawór?

Odp. Tak

Pytanie nr 81 - Zadanie 3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne igły w rozmiarach 19-25 długości 25-40mm, pakowane a`50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie

Pytanie nr 82 - Zadanie 6 pozycja 1 - 3

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą kropłową wykonaną z medycznego PCV, w całości pozbawione ftalanów?

Odp. Pytanie nie dotyczy asortymentu opisanego w siwz

Pytanie nr 83 - Zadanie 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a`100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak

Pytanie nr 84 - Zadanie 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu metki do oznakowania daty założenia wkłucia?

Odp. Nie

Pytanie nr 85 - Zadanie 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do irygacji zakończony miękko wyoblanym zakończeniem z atraumatycznym otworem końcowym i jednym otworem bocznym?

Odp. Tak

Pytanie nr 86 - Zadanie 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a`90sztuk z przeliczeniem ilości na 1223 opakowania?

Odp. Tak

Pytanie nr 87 - Zadanie 9, pozycja 2

Czy Zamawiający ma na myśli papier do EKG do m.in. Schiller AT-101 w rozmiarze 80mm x 70mm x 315 kartek?

Odp. Tak

Pytanie nr 88 - Zadanie 9, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCard 31 w rolce o długości 10m z przeliczeniem ilości na 60 rolek?

Odp. Tak

Pytanie nr 99 - Zadanie 9, pozycje 9 - 10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych (Sony, Japonia), gwarantujących jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamienniki o gorszych parametrach?

Odp. Dopuszcza, przy zachowaniu parametrów

Pytanie nr 90 - Zadanie 9, pozycja 13

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania papierów oryginalnych (Mitsubishi, Japonia), gwarantujących jakość i trwałość wydruku, czy dopuszcza zamienniki o gorszych parametrach?

Odp. Dopuszcza przy zachowaniu parametrów

Pytanie nr 91 - Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer w rozmiarze CH 21 (średnica zew. ok. 7mm), jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

Odp. Pytanie nie dotyczy asortymentu opisanego w siwz

Pytanie nr 92 - Zadanie 20, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley'a pakowane podwójnie w wewnętrzne opakowanie foliowe oraz zewnętrzne papier/folia?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 93 - Zadanie 25, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę męską o wadze wyrobu $35g \pm 4g$?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 94 - Zadanie 25, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nocnik jednorazowy w rozmiarze 240x179x80 mm w opakowaniu a'200szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 95 - Zadanie 27

Czy Zamawiający dopuści maskę bez zaworu?

Odp. Nie

Pytanie nr 96- Zadanie 27

Czy Zamawiający dopuści maskę o parametrach:

ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none">Ochrona przed stałymi i ciekłymi aerozolami
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none">wygodna, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą obsługęłączy w sobie komfort, bezpieczeństwo, higienę, praktyczność i niezawodnośćwarstwa zewnętrzna wykonana z odpornej na działanie płynów włókniny polipropylenowejwyposażona w elastyczną kształtkę na nos w kolorze niebieskim (kod kolorystyczny dla FFP3 NR D)wyposażona w zawór wydechowy najnowszej generacji zapobiegający gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychaniemocowana na gumkimożliwość użytkowania podczas kontaktu z cytostatykamiwyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP3, NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej Dyrektywy Europejskiej 89/686/EECpozytywny wynik testu na zatkanie pyłem dolomitowympakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacjągraficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczymmaska oraz gumki mocujące w kolorze białymnie zawiera lateksujednorazowego użytku



Odp. Nie

Pytanie nr 97 - Zadanie 7:

1. Czy Zamawiający dopuści plaster do venflonów, jałowy w rozmiarze 5,0 x 7,2cm? Samoprzylepny, opatrunek do mocowania kaniul. Wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym. Centralnie umieszczony wkład chłonny zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsc wkucia. Powierzchnia plastra umożliwia oznakowanie datą założenia wkłucia.
1 op. – 50 sztuk (z przeliczeniem ilości)

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 98 - Zadanie 26, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ręczniki celulozowe do osuszania ciała wykonane z wysokiej jakości celulozy? Lekko tłoczona powierzchnia przyspiesza absorpcję wody, wysoka gramatura materiału zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe w rozmiarze **40 cm x 30 cm, gramatura: 55g** - Opakowanie jednostkowe: 50 sztuk - Niesterylne

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 99 - Zadanie 26, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka wykonaną z materiału włóknina niepyląca w kolorze białym, gramatura 40g, wymiary 60x80 cm, niejałowa, pakowana po 25 szt.?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytania dot. projektu umowy:

Pytanie nr 100

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Tak

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający może oszacować jaka wartość umowy zostanie przez niego na pewno zrealizowana?

Odp. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” w § 5 ust. 1a) słowem „zwłoki”?

Odp. Tak

Pytanie nr 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna opisana w § 5 ust. 1 c) naliczana była od wartości umowy niezrealizowanej?

Odp. Nie

Pytanie nr 104

Jest błąd w wymogu ilości próbek w zadaniu nr 5 wymagacie Państwo próbek „ Zamawiający wymaga dostarczenia do dnia złożenia oferty bezpłatnych próbek oferowanego produktu, w ilości 35 szt. pozycji nr 1, 2, kaniula w rozmiarze 0,9 i 10 szt. kaniuli neoflon oraz opis produktu. Materiały te posłużą do oceny jakości oferowanego produktu. Oceniane będą: ostrość – 15 pkt, profil końcówki – 10 pkt, łatwość założenia kaniuli – 15 pkt.” Czy do poz. 1 dać 35 szt. a do poz. 2 dać po 10 szt. neoflonu?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 14 poz 1 na produkt znanego amerykańskiego producenta: Zestaw do nefrostomii z elementami zestawu:

- 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)
- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na

trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock

- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 14 poz 2 na produkt znanego amerykańskiego producenta: zestaw do wymiany kateterów z elementami zestawu:

- Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm
- Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm, plastikowy mandryn
- Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock
- Kranik LL
- Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji
- Sterylne, do jednorazowego użytku
- Nie zawierają lateksu?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 14 poz 3 na produkt znanego amerykańskiego producenta: Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów, 4,8F, 6F, 7F z elementami zestawu:

- kateter podwójnie wygięty; średnica pętli pęcherzowej 2 lub 4 cm; odstęp pomiędzy pętlami 26 cm,
- zacisk,
- popychacz,
- przewodnik?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 108

Czy Zamawiający wydzieli z zad 14 poz 4?

Odp. Nie

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 21 poz 1 na produkt znanego amerykańskiego producenta: Cewnik dopęcherzowy DUFOUR z medycznego PCV, Ch 18 – Ch 22, wielkość balona 30 ml., dwudrożny?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 110

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 21 poz 2 na produkt znanego amerykańskiego producenta: Cewnik dopęcherzowy DUFOUR z medycznego PCV, Ch 18 – Ch 22, wielkość balona 30 ml., trójdrożny?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 111 - Dotyczy pakiet 22 poz. 1 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylne go przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatraskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 112 - Dotyczy pakiet 22 poz. 1 –

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 22 pozycji 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1-4 dopuści strzykawkę z kontrastującym, mlecznym tłokiem?

Odp. Tak

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1-4 dopuści strzykawkę z czarną pojedynczą, rozszerzoną skalą?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1-4 dopuści kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym?

Odp. Tak

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1-4 dopuści strzykawki bez zawartości ftalanów z informacją o braku ftalanów w karcie katalogowej produktu?

Odp. Tak

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 1 dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 2,5 ml?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 3 dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną do 11 ml?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 7 dopuści strzykawkę Janeta 100ml posiadającą podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalą pomiarową, wyposażoną dodatkowo w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier?

Odp. Tak

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 1 dopuści igły bezpieczne w rozmiarach od 19-25 długość 25-40? Pozostałe parametry zgodne SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 poz. 1 dopuści przyrząd z komorą kroplową zawierający medyczny PVC o długości 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), sterylny, opakowanie folia?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 poz. 1 dopuści kaniulę wykonaną z FEP z 2 wtopionymi paskami radioceniującymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 odstąpi od wymagania załączenia do oferty badań klinicznych?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 dopuści kaniulę wykonaną z poliuratanu?

Odp. Tak

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 odstąpi od wymagania metki do oznakowania daty założenia wkłucia?

Odp. Nie

Pytanie nr 126

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 16 poz. 1 dopuści myjkę w rozmiarze 15x23cm, wykonaną z poliestru (70%) i wiskozy (30%)?

Odp. Nie

Pytanie nr 127

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 22 poz. 1 dopuści przyrząd do pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1 µm, z wygodnym uchwytem, małą objętość napełniania (0,25ml), opakowanie papierfolia?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 128

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 28 dopuści system bezigłowy wyposażony w silikonową przezroczystą membranę, bez zawartości lateksu i PCV, możliwość stosowania przy lekach lipidowych, cytostatykach i lekach nowej generacji, pakowany pojedynczo, z membraną silikonową i płaską powierzchnią wstrzyknięcia, umożliwiającą jej dezynfekcję, idealnie gładką i jednorodną, niesprzysajającą kolonizacji bakterii, pracujący w systemie zamkniętym, objętość napełnienia 0,045 ml, o natężeniu przepływu 540ml/min zgodnie z normą ISO 10555 umożliwiającą 600 aktywacji i/lub użytkowanie 7 dni, kompatybilny ze strzykawką typu luer, luer-lock oraz każdym przyrządem do przetoczeń; sterylny, jednorazowego użytku?

Odp. Nie

Pytanie nr 129

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 29 poz. 2 dopuści igły do penów sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Tak

Pytanie nr 130

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 30 poz. 1 dopuści gąbkę do higieny jamy ustnej o długości 10 cm, długość części gąbkowej 20x18mm, uchwyt wykonany ze sprasowanego papieru, gąbka z poliuretanu. Jednorazowego użytku, niesterylna, bez lateksu, bez ftalanów, pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'250 sztuk

Odp. Tak

Pytanie nr 131 - Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści: Aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej, kolor zielony, rowkowany, dostępny w wersji pokrytej dwuwęglanem sodu, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe?

Odp. Tak

Pytanie nr 132 Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści: Korek kompatybilny z luer-lock z wewnętrzną gąbką nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni potwierdzone badaniami?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycji 1 dopuści do zaferowania myjki do mycia ciała pacjenta w kształcie rękawicy bez palców, wykonane z napowietrzanej włókniny o gramaturze min. 70 g/m kw. oraz wiskozy o gramaturze min. 35 g/m kw. Wewnątrz podfoliowane, obustronnie pokryte suchym mydłem aktywowanym w kontakcie z wodą. Rozmiar min. 16 x 23 cm, pakowane w woreczki po maks. 20 szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?

Odp. Zgodnie z siwa i odpowiednimi przepisami

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odp. Zgodnie z siwa i odpowiednimi przepisami

Pytanie nr 136

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Odp. Zgodnie z siwa i odpowiednimi przepisami

Pytanie nr 137

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga

Pytanie nr 138

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp. Nie

Pytanie nr 139

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. Zgodnie z siwa i odpowiednimi przepisami

Pytanie nr 140

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które

umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.

Odp. Zgodnie z siwa i odpowiednimi przepisami

Pytanie nr 141

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu **wyrobów medycznych**, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odp. Zgodnie z siwa i odpowiednimi przepisami

Pytanie nr 142 - Zadanie nr 15, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści osobno pakowaną przedłużkę wykonaną z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 143 - Zadanie nr 15, pozycja nr 2 –

Czy zamawiający dopuści osobno pakowaną przedłużkę wykonaną z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 144 - Zadanie nr 16, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści Myjkę jednorazową w rozmiarze 17 x 24,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 145 - Zadanie nr 16, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 20 sztuk myjek jednorazowych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 146 - Zadanie nr 24, pozycja nr 3 –

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o dacie ważności – 3 lata, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 147 - Zadanie nr 24, pozycja nr 4 –

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o dacie ważności – 3 lata, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 148 - Zadanie nr 24, pozycja nr 5 –

Czy zamawiający dopuści radełkowaną rękojeść do laryngoskopu, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 149 - Zadanie nr 24, pozycja nr 6 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1500ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 150 - Zadanie nr 24, pozycja nr 6 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem o objętości 2000ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 151 - Zadanie nr 24, pozycja nr 6, 7, 8 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator z przezroczystym drenem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 152 - Zadanie nr 24, pozycja nr 6, 7, 8 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator z maskami w zestawie oznaczonymi innymi kolorami, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 153 - Zadanie nr 24, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator o objętości 550ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 154 - Zadanie nr 24, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem o objętości 1600ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 155 - Zadanie nr 24, pozycja nr 7 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów 10-30 kg, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 156 - Zadanie nr 24, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem o objętości 1600ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 157 - Zadanie nr 24, pozycja nr 8 –

Czy zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów ≤ 10 kg, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Tak

Pytanie nr 158 - Zadanie nr 24, pozycja nr 9, 10, 11 –

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby Zamawiający wydzielił z Zadania nr 24 pozycje nr 9, 10 i 11 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 159 - Zadanie nr 27, pozycja nr 1 –

Czy zamawiający dopuści maseczkę ochronną FFP3 bez zaworu spełniająca podstawowe parametry, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 160 Zadanie nr 30, pozycja nr 1 –

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby Zamawiający wydzielił z Zadania nr 30 pozycję nr 1 i umożliwił składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 2

Pytanie nr 161 - Poz. 3

/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych w rozmiarach od 19-25 długość 25 – 40, Op. – 100 szt. Dostępne w rozmiarach 0,5 – 1,1.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 162 - Poz. 3

/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy igły mają być wyposażone w mechanizm zabezpieczający w postaci jednoelementowego ramienia w kolorze identyfikującym rozmiar , ruchomym w zakresie 180 °, które nie zasłania miejsca iniekcji

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 5

Pytanie nr 163 - Poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli Neoflon, tak jak dotychczas stosowane - Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego, kaniula wykonana z PTFE, bez pasków RTG, widoczna w USG, 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 13ml/min i 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 13 ml/min Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu

Odp. Tak

Pakiet 16

Pytanie nr 164 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie myjki w rozmiarze 20x20 cm

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 22

Pytanie nr 165 - Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2 µm, płaski, uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki i butelek, umożliwiający pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolece w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykany ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odp. Tak

Pytanie nr 166 - Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek ma być wyposażony w filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem.

Odp. Nie

Pytanie nr 167 - Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kranika trójdrożny wykonany z poliwęglanu, przezroczysta obudowa, białe, czerwone lub niebieskie pokrętło w zależności od potrzeb Zamawiającego, każde z wejść zabezpieczone koreczkami, port od strony pacjenta z rotującą nakrętką, odporny na ciśnienie do 4,5 bara (65 psi), przestrzeń martwa 0,22 ml, opakowanie typu tyvec, optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty

Odp. Tak

Pytanie nr 168 - Poz. 3

/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kranika trójdrożnego z przedłużaczem, wykonany z poliwęglanu (dren wykonany z PCV bez DEHP), przezroczysta obudowa, białe pokrętło, każde z wejść zabezpieczone fabrycznie koreczkami, port od strony pacjenta z rotującą nakrętką, odporny na ciśnienie do 4,5 bara (65 psi), objętość wypełnienia 0,8 ml opakowanie typu Papier – folia, optyczny i wyczuwalny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty.

Odp. Tak

Pakiet 28

Pytanie nr 169

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Łącznika bezigłowego kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

2/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania zaworu z pozytywnym, neutralnym czy negatywnym ciśnieniem?

Odp. Zgodnie z siwz

Pakiet 31

Pytanie nr 170 - Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem.

Odp. Tak

Pytanie nr 171 – Poz. 2

/Prosimy o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H₂O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie nr 172

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach zadania nr 26 poz.1 ręcznika z powierzchnią bez tłoczeń, ale o wysokim poziomie chłonności?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych zapisów

Pytanie nr 173

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 26 poz.2 serwety o wymiarowaniu min.78x80cm?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych zapisów

Pytanie nr174

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 26 poz.2 serwety o gramaturze min.40g/m²?

Odp. Tak, przy zachowaniu pozostałych zapisów

Pytanie nr175

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia dot.grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zgodnie z art. 24 pkt. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

dr n. med. Marek Paździor

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)