



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 450 22 23

www.szpitalpulawy.pl

spzoz@poczta.pulawy.pl

Puławy, dnia 12.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach - ZM 55/230/2019.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została:

ZADANIE NR 3

oferta nr 8 złożona przez : Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa

– cena: 31 266,00 zł. zł. brutto - 49,74 pkt.

- ocena jakości - 30 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 8) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 60 %, jakość – 30 %, czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 89,74 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców (imiona i nazwiska i miejsca zamieszkania wykonawców), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Jakość	Liczba punktów w kryterium czas dostawy częściowej pkt.	łączna liczba punktów pkt.
4	Skamex Sp. z o.o. ; ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź	25 920,00 zł. 60 pkt.	18,36 pkt.	10	88,36
17	J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. J. ; ul. Przemysłowa 2A; 59-300 Lubin	31 860,00 zł. 48,81 pkt.	15,75 pkt.	10	74,56

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

1. Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ; ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze. Wykonawca . Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K, złożył ofertę za kwotę 8 802,00 zł. znacznie odbiegającą od średniej kwot złożonych przez pozostałych Wykonawców jak i od szacunkowej wartości Zamawiającego. Zamawiający pismem z dnia 23.01.2020 r wezwał Wykonawcę Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K, do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty. Otrzymane 29.01.2020 r wyjaśnienia nie pozwalają na uznanie oferty Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K, jako nie podlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna – art. 89 pkt.1 ustępn 4

ZADANIE NR 5

oferta nr 17 złożona przez : J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. J. ; ul. Przemysłowa 2A; 59-300 Lubin

– cena: 61 992,00 zł. zł. brutto - 60,00 pkt.

- ocena jakości - 24,95 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 17 wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 60 %, jakość – 30 %, czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 94,95 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców (imiona i nazwiska i miejsca zamieszkania wykonawców), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Jakość	Liczba punktów w kryterium czas dostawy częściowej pkt.	Łączna liczba punktów pkt.
8	Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa	115 020,00 zł 32,63 pkt.	30 pkt.	10	72,63
11	Polmil Sp. z o.o. SKA. ; ul. Przemysłowa 2A; 85-758 Bydgoszcz	113 983,20 32,63 pkt.	30 pkt.	10	72,63

ZADANIE NR 13

oferta nr 18 złożona przez :: Sorimex Sp. z o.o. ; ul. Równinna 25; 87-100 Toruń

– cena: 9 146,74 zł. zł. brutto - 60 pkt.

- ocena jakości - 30 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 18 wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 60 %, jakość – 30 %, czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 89,74 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Farum Sp. z o.o. ; ul. Jagiellońska 74, 03-300 Warszawa

Zamawiający w zadaniu nr 13 poz. nr wymagał złożenia oferty spełniającej poniższe warunki: Elektroda do EKG, pediatryczna, mała w formie np. kwiatka, w rozmiarze 29 x 28 mm (+/- 1 mm). Wykonana z pianki polietylenowej, pokryta klejem akrylowym, żel stały. Wykonawca złożył ofertę na elektrodę FES-30A o średnicy 30 mm. Zamawiający w udzielonych odpowiedziach nie wyraził zgody na zaoferowanie elektrody okrągłych o śr. 30 mm.

Podstawa prawna – art. 89 pkt. 1 ust. 2

Zadanie nr 14

Postępowanie unieważnione – brak złożonych ofert. Podstawa prawna – art. 93 pkt. 1 ust. 1

ZADANIE NR 16

oferta nr 7 złożona przez : Sinmed Sp. z o.o. ; ul. Graniczna 32B; 44-178 Przyszowice

– cena: 26 568,00 zł. zł. brutto - 60 pkt.

- jakość – 30 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 7) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 60 %, ocena jakości – 30 % czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców (imiona i nazwiska i miejsca zamieszkania wykonawców), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto	Jakość	Liczba punktów w kryterium czas dostawy częściowej pkt.	Łączna liczba punktów pkt.
14	Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. K. ; ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze	40 848,28 zł. 39,02 pkt.	25	10	74,02

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: Duolux Medical Sp. z o.o.; ul. Osiedle B. Chrobrego 40F/53; 60-681 Poznań

Zamawiający wymagał w zadaniu nr 16 pozycja 1 : Myjka jednorazowa do mycia ciała – rękawica, rozmiar 15 x 22, nasyciona środkiem myjącym o neutralnym pH, gramatura min. 60 g, wykonana w 100 % z włókien poliestrowych, zapewniająca lepszą higienę pacjenta. Wykonawca złożył ofertę na myjkę wykonaną ze 100 % poliestru z jednej strony i 100% polipropylenu z drugiej strony. Złożona oferta nie spełnia wymagań SIWZ , podlega odrzuceniu

Podstawa prawna – art. 89 pkt. 1 ust. 2

ZADANIE NR 22

oferta nr 4 złożona przez : Skamex Sp. z o.o. ; ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź

– cena: 29 160,00,00 zł. zł. brutto - 90 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 8) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 90 %, j, czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Oferta nr 8 Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa

Zamawiający wymagał w zadaniu nr 22 pozycja nr 1 złożenia oferty spełniającej opis :Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z butelek z filtrem bakteryjnym 0,1 µm, płaski, z wygodnym uchwytem, przestrzeń martwa 0,16 ml, waga 4,3 g, powierzchnia filtrująca 4,3 cm². Opakowanie Papier – folia.

Wykonawca Becton Dickinson złożył ofertę na produkt RoweMed nr katalogowy A-6425 , który nie posiada powierzchni filtrującej 4,3 cm². Powierzchnia wynosi 0,36 cm²

Złożona oferta nie spełnia wymagań SIWZ , podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna – art. 89 pkt. 1 ust. 2

ZADANIE NR 24

oferta nr 2 złożona przez : MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group

– cena: 61 398,00,00 zł. zł. brutto - 90 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 8) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 90 %, j, czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Oferta nr 7 Sinmed Sp. z o.o. ; ul. Graniczna 32B; 44-178 Przyszowice Zamawiający wymagał w zadaniu nr 24 pozycja nr 1 złożenia oferty spełniającej opis : łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typu McIntosh i Miller z podwójnym światłem LED/UV. Dostępne rozmiary łyżek: Macintosh: 0, 1, 2, 3, 3+, 4; Miller 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 - wszystkie łyżki muszą pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru fioletowego. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowego użytku, daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Światłowód osłonięty, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, logo producenta i materiału, z którego wykonana jest łyżka na górnej części, oraz symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wprowadzenia światłowodu, na zatrzasku - łyżki pakowanie folia-folia, pojedynczo. Na opakowaniu informacja od producenta o dacie ważności numer seryjny i data wyprodukowania łyżki. Wykonawca w przesłanych dokumentach przesłanych na wezwanie Zamawiającego / dwa wezwania / nie wykazał spełnienia wymagań określonych w SIWZ dla pozycji nr 1 co do oferowanych rozmiarów.

Złożona oferta nie spełnia wymagań SIWZ , podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna – art. 89 pkt. 1 ust. 2

ZADANIE NR 28

Zadanie unieważnione. Podstawa prawna – art. 93 pkt. 1 ust. 1 Brak ofert niepodlegających odrzuceniu

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Oferta nr 8 Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa

Zamawiający w zadaniu nr 28 wymagał złożenia oferty spełniającej następujące wymagania : Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, nie dłuższy niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie

grawitacyjnym 525 ml/min (+25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji; zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przerzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Wykonawca Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa złożył ofertę na produkt Becton Dickinson nr. katalogowy 385100 posiadający przerzeń martwą 0,16 ml. Oferta zostaje odrzucona. Brak spełnienia wymagań opisanych w SIWZ. Podstawa Prawna – art. 89 pkt 1 ust. 2 Ustawy

2. Oferta nr 4 Skamex Sp. z o.o. ; ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź

Zamawiający w zadaniu nr 28 wymagał złożenia oferty spełniającej następujące wymagania : Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, nie dłuższy niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji; zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przerzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Wykonawca złożył ofertę na produkt Guangdong Baihe Medical Technology Co. Ltd. O numerze katalogowym OLA-FL-NFO1

Zamawiający w opisie jak i udzielonej odpowiedzi wymagał aby zawór dostępu naczyniowego był wyposażony w protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia oraz był w innym kolorze niż zawór. .

Oferta zostaje odrzucona. Brak spełnienia wymagań opisanych w SIWZ. Podstawa Prawna – art. 89 pkt 1 ust. 2 Ustawy

Oferta zostaje odrzucona. Brak spełnienia wymagań opisanych w SIWZ. Podstawa Prawna – art. 89 pkt 1 ust. 2 Ustawy

3. . Oferta nr nr 11 Polmil Sp. z o.o.SKA. ; UL. Przemysłowa 8B ; 85-758 Bydgoszcz

Zamawiający w zadaniu nr 28 wymagał złożenia oferty spełniającej następujące wymagania : Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, nie dłuższy niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji; zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przerzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Wykonawca Polmil Sp. z o.o.SKA. ; UL. Przemysłowa 8B ; 85-758 Bydgoszcz złożył ofertę na produkt Becton Dickinson nr. katalogowy 385100 posiadający przerzeń martwą 0,16 ml.

Oferta zostaje odrzucona. Brak spełnienia wymagań opisanych w SIWZ. Podstawa Prawna – art. 89 pkt 1 ust. 2 Ustawy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Wybicki

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Jan Kowalczyk	
	Tel:	81 450 22 23	
	e-mail:	jkowalczyk@szpitalpulawy.pl	