



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy  
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731  
Tel. 81 450 22 23

[www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

[spzoz@poczta.pulawy.pl](mailto:spzoz@poczta.pulawy.pl)

L.dz / 231/2020

Puławy, dnia 06.03.2020 r.

**WYKONAWCY  
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

### ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach - ZM 55/230/2019.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została:

ZADANIE NR 28

**oferta nr 4 złożona przez : SKAMEX Sp. z o.o. ; ul. Częstochowska 38/52; 93-121 Łódź**

– cena: 88.34400 zł. zł. brutto - 90 pkt.

- czas dostawy częściowej – 10 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 4) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były cena – 90 %, , czas dostawy częściowej – 10 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XVII siwz.

### INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Oferta nr 8 Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa

Zamawiający w zadaniu nr 28 wymagał złożenia oferty spełniającej następujące wymagania : Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, nie dłuższy niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+-25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta do100 aktywacji; zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnątrz osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min.17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min.6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Wykonawca Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.; ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa złożył ofertę na produkt Becton Dickinson nr. katalogowy 385100 posiadający przestrzeń martwą 0,16 ml. Oferta zostaje odrzucona. Brak spełnienia wymagań opisanych w SIWZ. Podstawa Prawna – art. 89 pkt 1 ust. 2 Ustawy

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Puławach

*Piotr Rybak*

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Jan Kowalczyk	
	Tel:	81 450 22 23	
	e-mail:	<a href="mailto:jkowalczyk@szpitalpulawy.pl">jkowalczyk@szpitalpulawy.pl</a>	