



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
tel./fax 81 44 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 101/231/2022

Puławy 20.04.2022 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
nr ZM 14/230/2022**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dzierżawę analizatorów bakteriologicznych wraz z zakupem i dostawą odczynników oraz zapewnieniem opieki serwisowej i nadzoru autorskiego nad działającym w laboratorium systemem informatycznym Centrum Firmy Marcell dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 07.04.2022 roku pod nr 2022/BZP 00113332/01

MODYFIKACJA

Działając w trybie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ, pkt IV, pkt 6 oraz wzoru umowy zał.3 § 9 ust 1 :

Dotychczasowa treść punktu:

6. Minimalny termin ważności dostarczanych odczynników nie może być mniejszy niż 12 miesięcy

Otrzymuje brzmienie:

6. Minimalnym terminem ważności dla podłoży na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoży na płytach bez krwi oraz podłoży chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-7 miesięcy od daty pojedynczej dostawy.

2. Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ, Załącznik nr 3 do swz – wzór umowy, § 9 ust 1 :

Dotychczasowa treść punktu:

1. Wykonawca udziela dwunastomiesięcznej ważności na dostarczony Towar.

Otrzymuje brzmienie:

1. Minimalnym terminem ważności dla podłoży na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoży na płytach bez krwi oraz podłoży chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-7 miesięcy od daty pojedynczej dostawy.

3. Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ, Załącznik nr 3 do swz – wzór umowy, § 4 :

Dotychczasowa treść:

1. Wszelkie naprawy Urządzeń w czasie trwania umowy będą dokonywane przez Wydzierżawiającego w miejscu zainstalowania urządzeń, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W sytuacji, gdy awaria będzie wymagała specjalistycznego sprzętu dostępnego wyłącznie w warsztacie Wydzierżawiającego, naprawy zostaną wykonane w warsztacie Wydzierżawiającego.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w ust. 2, organizacja demontażu i transportu Urządzenia od Dzierżawcy do warsztatu Wydzierżawiającego i z warsztatu Wydzierżawiającego do Dzierżawcy odbywać się będzie na koszt Wydzierżawiającego.

4. Bez względu na miejsce wykonania naprawy urządzeń czas naprawy nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia awarii w drodze faksu. W przeciwnym wypadku Wydzierżawiający

zobowiązuje się do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu dzierżawy.

Otrzymuje brzmienie:

1. Wszelkie naprawy Urządzeń w czasie trwania umowy będą dokonywane przez Wydzierżawiającego w miejscu zainstalowania urządzeń, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sytuacji, gdy awaria będzie wymagała specjalistycznego sprzętu dostępnego wyłącznie w warsztacie Wydzierżawiającego, naprawy zostaną wykonane w warsztacie Wydzierżawiającego.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności o której mowa w ust. 2, organizacja demontażu i transportu Urządzenia od Dzierżawcy do warsztatu Wydzierżawiającego i z warsztatu Wydzierżawiającego do Dzierżawcy odbywać się będzie na koszt Wydzierżawiającego.
4. „Bez względu na miejsce wykonania naprawy urządzeń czas naprawy nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia awarii e-mailem na adres: W przeciwnym wypadku Wydzierżawiający zobowiązuje się do zapewnienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu dzierżawy.”
5. „Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Pozostałe zapisy swz pozostają bez zmian.

Dział Zamówień Publicznych
INSPEKTOR
Justyna Gawęda

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
Piotr Rybak

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Justyna Gawęda	
Tel:	81 45 02 389	
e-mail:	jgaweda@szpitalpulawy.pl	