



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 450 23 89

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 208/231/2022

Puławy 02.08.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 37/230/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dzierżawę wraz z zakupem i dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach z podziałem na 3 zadania, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 25.07.2022 roku pod nr 2022/BZP 00273702/01.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający, w zadaniu 2, dopuści cewniki mechaniczne IVUS o długości wycyfowania rdzenia obrazowania 15cm, głębokości penetracji 14mm, rozdzielczości 45MHz, długości od końcówki do przetwornika 20,5mm, z markerem radiocieniującym położonym 5mm od końcówki dystalnej, o długości roboczej 135cm, kompatybilne z przewodnikiem 0,14" i cewnikiem prowadzącym 5F wraz z wyciągarką wielokrotnego użytku i dzierżawą kompatybilnej konsoli?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający, w zadaniu 2, oprócz cewników mechanicznych IVUS o długości wycyfowania rdzenia obrazowania 15cm, głębokości penetracji 14mm, rozdzielczości 45MHz, długości od końcówki do przetwornika 20,5mm, z markerem radiocieniującym położonym 5mm od końcówki dystalnej, o długości roboczej 135cm, kompatybilnych z przewodnikiem 0,014" i cewnikiem prowadzącym 5F wraz z wyciągarką wielokrotnego użytku i dzierżawą kompatybilnej konsoli dopuści zamiennie – do wyboru Zamawiającego – cewniki elektroniczne IVUS kompatybilne z tą samą konsolą, proste w obsłudze dzięki bezpośredniemu połączeniu cewnika elektronicznego z konsolą za pomocą modułu PIM (bez konieczności użycia wyciągarki)? Cewniki elektroniczne posiadają długość roboczą 150cm, dwa rodzaje systemów doprowadzających z przetwornikiem IVUS w odległości 2,5 mm oraz 10 mm od końca dystalnego (do wyboru Zamawiającego), rozdzielczość 20MHz, niski profil wejścia nie większy niż 0,019 cala oraz możliwość wprowadzenia do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. 5F oraz przewodnika o średnicy 0,014 cala.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający, w zadaniu 3, dopuści przewodniki FFR o długości 185cm, końcówce prostej i zakrzywionej „J” do wyboru Zamawiającego, z czujnikiem 3cm od końcówki dystalnej, średnicy 0,014" (0,36mm), dystalnej część przewodnika dobrze widocznej w obrazie RTG wraz z dzierżawą kompatybilnej konsoli? Przewodnik umożliwia pomiar

istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywołania hyperemii, a połączenie przewodnika FFR z systemem odbywa się poprzez proste podłączenie przewodnika do systemu za pośrednictwem modułu PIM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Procedur Medycznych


dr n. med. Artur Bodys


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Mączka

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
Tel:	81 45 02 389	
e-mail:	zp@szpitalpulawy.pl	