



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 450 23 89

www.szpitalpulawy.pl

zp@poczta.pulawy.pl

Puławy, dnia 30.12.2022 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr ZM 39/230/2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na dzierżawę analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 22.07.2022 roku pod nr 2022/BZP 00271564/01.

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, działając na mocy art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została:

oferta nr 2 złożona przez **SYSMEX Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa**

- **cena: 403 768,80 zł. brutto - 60 pkt**

- **czas dostawy częściowej - 40 pkt**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2) wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), którymi były: cena – 60 %, czas dostawy częściowej – 40 %. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XXI swz.

INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Nazwa Wykonawcy: Oferta nr 1 - DIG-MED. Grażyna Konecka, ul. Modułarna 11A, bud. H3, 02-238 Warszawa.

Podstawa prawna – art. 226 ust.1 pkt. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Powody odrzucenia oferty:

Mając powyższe na uwadze, oferta nie spełnia dwóch wymagań opisu przedmiotu zamówienia w zakresie:

- parametry diagnostyczne raportowane na wyniku: MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUR #%, LIMPH #%, MONO #%, EO #%, BASO #%, IG #%, MPV #%, P-LCR, PDW, PCT, MICRO R, MACRO R w tym RBC, HCT, HGB, PLT, WBC jako parametry mierzone.

- minimum jeden z analizatorów posiada dodatkowy tryb pomiaru WBC przy próbkach leukopenicznych (tzw. LOW WBC) możliwość dodatkowej weryfikacji pomiaru i wyboru tego trybu czasu przez użytkownika.

Powyższe zostało potwierdzone przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie KIO 2902/22, w którym to wyroku stwierdza się: <<(…) Zamawiający zamierza wydzierżawić dwa analizatory: główny i zastępczy, co wynika z pkt. 1 i 3 ww. załącznika. Jednocześnie Zamawiający w przedmiotowym załączniku wskazywał, które z wymagań ma spełniać co najmniej jeden z analizatorów np. w pkt 5 i 7 używając sformułowania „jeden z analizatorów”. Takie spełnienie poszczególnych wymagań, było więc precyzyjnie wskazane. Zamawiający w opisie pozycji 4 obejmującej m.in. parametry MICRO R, MACRO R nie zastosował sformułowania „jeden z analizatorów”, wobec czego należy przyjąć, że wymaganie to dotyczy obu analizatorów. Tym samym, z systematyki opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż nieuzasadniona jest interpretacja tego postanowienia dokonana przez Odwołującego i wskazująca, że wymagania opisane w poz. 4 Załącznika nr 4 do SWZ powinny być spełnione tylko przez jeden z analizatorów. Tym bardziej, że poz. 4 wskazywała na kilka parametrów, a tylko dwa z nich nie są spełnione przez aparat zastępczy oferowany przez Odwołującego. Odwołujący nie przedstawił racjonalnej argumentacji przemawiającej za odczytaniem wymagania z poz. 4 Załącznika nr 4 do SWZ, zgodnie z jego oczekiwaniami>> i dalej: „W przedmiotowym postanowieniu Zamawiający zawarł wymaganie, aby tryb mógł być wybierany przez użytkownika, a tym samym

oczekiwał możliwości podjęcia działania w celu weryfikacji pomiaru po podjęciu czynności przez użytkownika, a nie automatycznego działania przez analizator.”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybak

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Mączka

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
	Tel:	81 450 23 89	
	e-mail:	mmaczka@szpitalpulawy.pl	