



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
tel./fax 81 450 23 89

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

Puławy, dnia 27.12.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZM 39/230/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dzierżawę analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 22.07.2022 roku pod nr 2022/BZP 00271564/01.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach niniejszym informuje o unieważnieniu wyboru ofert dokonanego w dniu 30.09.2022 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dzierżawę analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach – ZM 39/230/2022. Zamawiający dokona ponownej oceny złożonych ofert i wyboru wykonawcy w powyższym postępowaniu.

Uzasadnienie:

W toku postępowania wykonawca DIG-MED Grażyna Konecka, ul. Modularna 11A, bud. H3, 02-238 Warszawa, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na unieważnieniu postępowania. Odwołanie powyższe zostało uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie KIO 2902/22, w którym to wyroku stwierdza się: <<(…) Zamawiający zamierza wydzierżawić dwa analizatory: główny i zastępczy, co wynika z pkt. 1 i 3 ww. załącznika. Jednocześnie Zamawiający w przedmiotowym załączniku wskazywał, które z wymagań ma spełniać co najmniej jeden z analizatorów np. w pkt 5 i 7 używając sformułowania „jeden z analizatorów”. Takie spełnienie poszczególnych wymagań, było więc precyzyjnie wskazane. Zamawiający w opisie pozycji 4 obejmującej m.in. parametry MICRO R, MACRO R nie zastosował sformułowania „jeden z analizatorów”, wobec czego należy przyjąć, że wymaganie to dotyczy obu analizatorów. Tym samym, z systematyki opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż nieuzasadniona jest interpretacja tego postanowienia dokonana przez Odwołującego i wskazująca, że wymagania opisane w poz. 4 Załącznika nr 4 do SWZ powinny być spełnione tylko przez jeden z analizatorów. Tym bardziej, że poz. 4 wskazywała na kilka parametrów, a tylko dwa z nich nie są spełnione przez aparat zastępczy oferowany przez Odwołującego. Odwołujący nie przedstawił racjonalnej argumentacji przemawiającej za odczytaniem wymagania z poz. 4 Załącznika nr 4 do SWZ, zgodnie z jego oczekiwaniami>> i dalej: „W przedmiotowym postanowieniu Zamawiający zawarł wymaganie, aby tryb mógł być wybierany przez użytkownika, a tym samym oczekiwał możliwości podjęcia działania w celu weryfikacji pomiaru po podjęciu czynności przez użytkownika, a nie automatycznego działania przez analizator.”

Mając powyższe na uwadze, oferta wybrana uprzednio jako najkorzystniejsza, winna być ponownie zbadana z punktu widzenia dwóch wymagań opisu przedmiotu zamówienia::
- parametry diagnostyczne raportowane na wyniku: MCV, MCH, MCHC, PLT, NEUR #%, LIMPH #%, MONO #%, EO #%, BASO #%, IG #%, MPV #%, P-LCR, PDW, PCT, MICRO R, MACRO R w tym RBC, HCT, HGB, PLT, WBC jako parametry mierzone.

- minimum jeden z analizatorów posiada dodatkowy tryb pomiaru WBC przy próbkach leukopenicznych (tzw. LOW WBC) możliwość dodatkowej weryfikacji pomiaru i wyboru tego trybu czasu przez użytkownika.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybicki

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Mączka

Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia	Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
Tel:	81 450 23 89	
e-mail:	zp@szpitalpulawy.pl	