



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy

NIP 716-22-38-942 REGON 431205731

Tel. 81 450 23 89

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 332/231/2022

Puławy 25.10.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZM 46/230/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na zakup wraz z dostawą cystoskopów giętkich dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 17.10.2022 roku pod nr 2022/BZP 00394524/01.

odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – wzór umowy §5: Prosimy o ujęcie w § 5 projektu dodatkowego ustępu:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ-parametry pkt 18: Prosimy o doprecyzowanie zapisu z istniejącego na zaproponowany:

„W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat wszystkich niezbędnych napraw, w tym napraw uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek zużycia eksploatacyjnego podzespołów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzeń, niezgodnego z instrukcją obsługi.

Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek zużycia eksploatacyjnego podzespołów jeżeli ekspertyza serwisu dowiedzie, że Zamawiający nie wymienił tych elementów zgodnie z zaleceniami instrukcji.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3:

Pkt 4. Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Pole widzenia 120-125°” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4:

Pkt 5. Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Odległość widzenia w zakresie minimum 3-50 mm” – pozwoli to zaofiarować lepszy parametr

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5:

Pkt 6. Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Rozmiar zewnętrzny sondy 14,7-15,6 Fr” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6:

Pkt 7. Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Rozmiar kanału roboczego 6,6-7,8 Fr” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7:

Pkt 8. Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Długość robocza 400” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8:

Pkt 11. Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Port biopsyjny do narzędzi typu luer, regulowane ssanie, śluza podwójna śluza kanału roboczego (10 szt) – wielorazowe”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybak

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Mączka

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	zp@szpitalpulawy.pl	