



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731
Tel. 81 45 02 389

www.szpitalpulawy.pl

zp@szpitalpulawy.pl

L.dz. 372/231/2022

Puławy, 08.11.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZM 49/230/2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na zakup wraz z dostawą cystoskopów giętkich dla potrzeb SP ZOZ w Puławach, opublikowanego na platformie e-Zamówienia dnia 31.10.2022 roku pod nr 2022/BZP 00416895/01.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści:

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto;”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. Ponadto zmiana wierzyciela wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy wymaga zgody Podmiotu Tworzącego Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4:

Dotyczy warunków załącznika nr 4 – parametry techniczne, pkt 4

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy japońskiego urządzenia premium Pentax i dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Pole widzenia 120-125^o” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy warunków załącznika nr 4 – parametry techniczne, pkt 5

Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Odległość widzenia w zakresie minimum 3-50 mm” – pozwoli to zaofiarować lepszy parametr

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6:

Dotyczy warunków załącznika nr 4 – parametry techniczne, pkt 6

Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Rozmiar zewnętrzny sondy 14,7-15,6 Fr” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7:

Dotyczy warunków załącznika nr 4 – parametry techniczne, pkt 7

Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Rozmiar kanału roboczego 6,6-7,8 Fr” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8:

Dotyczy warunków załącznika nr 4 – parametry techniczne, pkt 8

Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Długość robocza 400” – parametr lepszy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9:

Dotyczy warunków załącznika nr 4 – parametry techniczne, pkt 11

Prosimy o dopuszczenie zapisu w miejsce obecnie wymaganego: „Port biopsyjny do narzędzi typu luer, regulowane ssanie, śluza podwójna śluza kanału roboczego (10 szt) – wielorazowe”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Puławach
Piotr Rybak

Dział Zamówień Publicznych
INSPEKTOR
Justyna Gawęda

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Justyna Gawęda	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	jgaweda@szpitalpulawy.pl	