



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy  
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731  
Tel. 81 45 02 389

[www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

[zp@szpitalpulawy.pl](mailto:zp@szpitalpulawy.pl)

L.dz. 25/231/2023

Puławy, 11.01.2023 r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 52/230/2022

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu z zakresu kardiologii inwazyjnej i elektroterapii z podziałem na 35 zadań, dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 20.12.2022 roku pod nr 2022/S 245-710055.**

#### odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

##### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 29 pozycja 4d dopuści zestaw do kaniulacji i kontrastowania CS bez cewnika balonowego typu Swan-Ganz? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o wydzielenie pozycji 4d do osobnego zadania.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

##### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 1 pkt 4 następującej treści: „o ilości i rodzaju pobranego asortymentu Zamawiający powiadamia Wykonawcę, przesyłając pocztą elektroniczną Raport Pobrania. Z chwilą pobrania asortymentu z Depozytu własność asortymentu przechodzi na Zamawiającego. Raport Pobrania będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Płatność nastąpi za asortyment pobrany, skradziony, zniszczony oraz utracony (zgodnie z ceną wskazaną w Formularzu asortymentowo-cenowym);”

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z modyfikacją z dnia 11.01.2023 r.

##### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez nadanie § 2 ust. 1 pkt 5 następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i rodzaju pobranego asortymentu. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu składanego do depozytu;”

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z modyfikacją z dnia 11.01.2023 r.

##### **Pytanie nr 4:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 1 pkt 12 o następującej treści: „Zamawiający nie jest uprawniony do pobrania z depozytu asortymentu, któremu upłynął termin ważności. Jeżeli Zamawiający posiada w depozycie więcej niż asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności asortyment o krótszym terminie ważności zgodnie z zasadą *first expired-first out* (FEFO).”

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z modyfikacją z dnia 11.01.2023 r.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy zadania nr 15, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści mikrocewnik OTW wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014" oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Plecione, wielopłaszczyznowe zbrojenie, długości dostępne: 130cm i 150cm dla prostych, lub spiralne dla zagiętych wersji. Dostępne końcówki: prosta (straight), zagięta (angled: kąty: 45°, 90°, 120°, 90° przedłużona), miękka (Ext). Pierścień radiocieniujący platynowo-irydowy na dystalnej końcówce- 0,89mm dla prostej końcówki, lub spiralnie nawinięty drut platynowo-wolframowy dla końcówek zagiętych. Dystalna część z pokryciem hydrofilnym (40cm proste lub 80cm zagięte). Średnica dystalna cewnika – 0,024"; średnica wewnętrzna – min. 0,018.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy zadania nr 15, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści mikrocewnik OTW z przeniesieniem obrotu, wspierający dla przewodników wieńcowych 0,014" oraz do iniekcji precyzyjnych ilości kontrastu. Budowa 5-cio warstwowa ze spiralnym, przeciwstawnie nawiniętym podwójnym zbrojeniem, wewnętrzne uzupełnione warstwą PTFE na całej długości końcówki roboczej. Dostępne długości: 135cm i 150cm. Kompatybilny z cewnikami 5F lub większymi. Pokrycie hydrofilne 60 cm. Dostępne cztery wersje: Standardowa (flex), Spiralna – z zewnętrznie nawiniętą spiralą z tworzywa sztucznego na odcinku 2cm dystalnej części cewnika, Do Twardych Zmian: z gwintowaną, metalową końcówką oraz spiralą, Niskoprofilowy – z przejściem do budowy 4 warstwowej w dystalnej części. Dostępne średnice: Końcówka taperowana, shaft 2,6F dystalnie dla wersji Std, 2,9F dystalnie dla Spiralnej i Do Twardych Zmian, 2,2F dla Niskoprofilowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Zadania nr 16, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści mikrocewnik dwuświatłowy dla dwóch przewodników 0,14" kompatybilność z cewnikiem  $\geq 5F$ , zagięte ujście kanału OTW, oddający przewodnik pod kątem 10° od osi Rx, długość końcówki 7mm, dwa nieosiowe znaczniki radiocieniujące na dwóch wylotach kanałów Rx i OTW, trzon oplatany stalowym drutem, dobrze przenoszący obrót. Dostępna wersja z rozstawem między ujściami kanałów – 20mm, profil przekroju 3,5Fx3,5F oraz dostępny 3,4Fx2,7F, średnica końcówki dystalnej- 2,1F dostępna 2F. Powłoka hydrofilowa 25cm, dostępna 18cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Zadania nr 33, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na stymulator resynchronizujący CRT-P spełniający wszystkie wymagania SWZ tylko z elektrodami LV czteropolowymi z możliwością doboru odpowiedniego rozstawu pierścieni stymulujących?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 3 do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 3 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: *„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z modyfikacją z dnia 11.01.2023 r.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy pakietu 27, tabela cenowa: W pakiecie 27 pozycja 1 pkt 16 oraz w pozycji 2 pkt 16 w SWZ zamawiający wymaga *„Kabla wielorazowego do pomiarów wewnątrzsercowych z wykorzystaniem analizatora”*.

Prosimy o modyfikację tabeli cenowej poprzez uwzględnienie tych pozycji z podaniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z modyfikacją z dnia 11.01.2023 r.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Zadania Nr 35: Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy półpodatny średnica szaftu proksymalnego 1,9F; szaft dystalny 2.36F dla średnic 1.0-1.75mm; 2.55F dla średnic 2.0-3.0mm; 2.7F dla średnic 3.25-4.0mm; długość końcówki: 1.5mm dla średnic 1.0-1.75mm; 2.0mm dla średnic 2.0-3.0mm; 2.5mm dla średnic 3.25-4.0mm; Rodzaj markerów - platynowe-irydowe: jeden marker dla balonów 1.00, 1,25, 1.50, 1.75; dwa markery dla rozmiarów od 2.00 do 4.00; Ciśnienie ABP : 20 bar/atm. Reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu nr 16: Czy Zamawiający, w zakresie części nr 16, dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 17: Czy Zamawiający, w zakresie części nr 17, dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Puławach

Piotr Rybak

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Małgorzata Mączka

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	<a href="mailto:mmaczka@szpitalpulawy.pl">mmaczka@szpitalpulawy.pl</a>	