



## Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

ul. Bema 1, 24-100 Puławy  
NIP 716-22-38-942 REGON 431205731  
Tel. 81 45 02 389

[www.szpitalpulawy.pl](http://www.szpitalpulawy.pl)

[zp@szpitalpulawy.pl](mailto:zp@szpitalpulawy.pl)

L.dz. 1/231/2023

Puławy, 04.01.2023 r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr ZM 57/230/2022

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą endoprotez dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, z podziałem na 6 zadań, opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dnia 16.12.2022 roku pod nr 2022/S 243-698780.

#### odpowiedzi na pytania

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

##### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy Załącznika nr 4 do swz Zadanie nr 5, punkty 1-4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kompletnego zestawu implantów do rekonstrukcji więzozrostu strzałkowo – piszczelowego o następującej charakterystyce produktu:

Zestaw do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, oparty na bazie dwóch guzików, wykonanych ze stali nierdzewnej, połączonych taśmą chirurgiczną oraz wiertła/drotu o średnicy 3,5 mm, na którego dystalnym końcu znajduje się oczko. System umożliwiający redukcję dystansu pomiędzy guzikami bez wiązania wężła. Dostępny w dwóch wersjach :

1. zestaw do rekonstrukcji więzozrostu w przypadku złamanej kości strzałkowej - guzik boczny osadzony jest w otworze 3,5 mm oraz licuje się z powierzchnią płyty użytej do zespolenia złamania

2. zestaw do rekonstrukcji więzozrostu bez złamanej kości strzałkowej

Konstrukcja systemu umożliwiająca mikro ruchy pomiędzy kością piszczelową a strzałkową, eliminująca komplikacje powszechnie występujące w przypadku zespolenia sztywnymi śrubami do rekonstrukcji więzozrostu.

Powyższy zestaw jest kompletny i nie potrzebuje żadnych dodatkowych implantów jak druty czy też inne narzędzia jednorazowe.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

##### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3 do SWZ dla zadania nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury w formie pocztowej i/lub w formie emailowej? Wykonawca pracuje w systemie który generuje fakturę po wystawieniu dowodu dostawy w SAP i nie ma możliwości wysłania faktury razem z towarem.

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

##### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy Zadania nr 2 Endoproteza stawu skokowego

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

##### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy Zadania nr 6, poz. 21, 26-36, 51-53

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 21, 26-36, 51-53 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

##### **Odpowiedź:**

Pozycja 21 – Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozycje 26 – 36 – Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pozycje 51 – 53 - Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3 do SWZ: Czy wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej ( zapis w formacie PDF ). W celu zabezpieczenia autentyczności faktury i jej integralności Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania faktur na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy? . Prosimy o wskazanie adresu e-mail.

**Odpowiedź:**

Zgodnie ze wzorem umowy § 3, pkt 9.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy wzoru umowy Załącznik nr 3 do SWZ: Zgodnie z regulacjami wzoru umowy załączonej do SIWZ dostawa wyrobów medycznych na rzecz Zamawiającego następuje poprzez magazyn Zamawiającego znajdujący się na terenie szpitala. Oznacza to, że wyroby medyczne dostarczane są przez wykonawcę do magazynu, a następnie sukcesywnie, w miarę potrzeb, pobierane są z magazynu i wykorzystywane przez Zamawiającego, w którym to dopiero momencie ich własność przechodzi na Zamawiającego.

Jednocześnie wzór umowy nie zawiera żadnych regulacji dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego za wyroby medyczne znajdujące się w magazynie. Do SIWZ nie został również załączony projekt dodatkowej umowy regulującej prawa i obowiązki oraz ryzyka stron związane z magazynowaniem wyrobów medycznych. W konsekwencji nie jest jasne jakie są zasady odpowiedzialności stron w tym zakresie. Gdy wyroby medyczne znajdują się w magazynie Zamawiającego wykonawca nie ma możliwości sprawowania nad nimi jakiegokolwiek pieczy. Dlatego rozumiemy, że za utratę lub zniszczenie wyrobów medycznych odpowiada wówczas Zamawiający, tj. od momentu ich dostawy do magazynu przez wykonawcę. Zagadnienie to nie jest jednak jasne z uwagi na brak jednoznacznych regulacji umownych w tym zakresie i może prowadzić do sporów między stronami.

Wobec powyższego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasad odpowiedzialności Zamawiającego poprzez jednoznaczne wskazanie w projekcie umowy załączonej do SIWZ, iż Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wyroby medyczne od momentu ich dostawy przez wykonawcę do magazynu

**Odpowiedź:**

Zgodnie z modyfikacją z dnia 04.01.2023 r.

**KIEROWNIK**  
Działu Zamówień Publicznych

*mgr Małgorzata Mączka*

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Puławach

*Piotr Rybak*

	Dział/Sekcja	Dział Zamówień Publicznych	Dodatkowe informacje
	Sprawę prowadzi: imię i nazwisko	Małgorzata Mączka	
	Tel:	81 45 02 389	
	e-mail:	<a href="mailto:mmaczka@szpitalpulawy.pl">mmaczka@szpitalpulawy.pl</a>	